
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90115/2024

Engenharia Curitiba - MICROSENS <CWB.Engenharia@microsens.com.br>9 de setembro de 2024 às
15:00

Para: "cpl2.fms.sms@gmail.com" <cpl2.fms.sms@gmail.com>

Cc: Jessica de Oliveira <Jessica.Oliveira@microsens.com.br>, Paulo Eduardo Augusto Cabral <Paulo.Cabral@microsens365.onmicrosoft.com>

MICROSENS S.A.

Av. João Gualberto, 1740 - 1º Andar

80.030-001 - Curitiba - PR

Fone: (41) 3024-2050

E-mail: licitacao@microsens.com.br

Curitiba/PR, 9 de setembro de 2024.

À

Prefeitura Municipal de Volta Redonda

[Rua São João Batista, nº 55](#), Bairro Niterói

Volta Redonda - RJ

E-mail: cpl2.fms.sms@gmail.comAtt.: Sr.(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoioReferência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90115/2024**

De acordo com o item 26.1 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:

1. Para os Itens 1 e 2 do objeto da presente licitação é solicitado: "Dimensões (L x P x A): 291 x 253 x 231 mm.". Entretanto, da maneira como está descrito, somente uma fabricante atende integralmente as exigências do edital, pois os demais modelos de outros fabricantes líderes do mercado (Avisión, Kodak, Brother, Ricoh, entre outros) não possuem as dimensões exatas conforme está sendo solicitado. Desta forma, entendemos que será aceito uma variação de 10% (dez por cento) nas dimensões máximas do scanner com as tampas fechadas, visando assim a ampliação da disputa e permitindo que outros modelos e fabricantes possam participar desta licitação. Nosso entendimento está correto?
2. Para os Itens 1 e 2 do objeto da presente licitação é solicitado: "Peso: Aproximadamente 2,8 kg.". Entretanto, alguns fabricantes que possuem modelos mais robustos e resistentes, costumam apresentar peso ligeiramente superior ao solicitado, uma vez que suas peças e componentes são dimensionadas para garantir o seu funcionamento para uma carga de trabalho maior. Desta forma, visando adequar as especificações técnicas aos produtos atualmente disponíveis no mercado, permitindo assim a ampla disputa e a participação do maior número de licitantes para a presente licitação, entendemos que está é uma exigência aproximada e

que também serão aceitos equipamentos mais robustos com peso de até 4.7 kg. Nosso entendimento está correto?

Solicitamos responder-nos via fone (41) 3024-2050 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br.

No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos,

Atenciosamente,

Microsens S.A.

William Batista Ferreira – Ramal 214

Data da licitação: 17-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90115/2024

Mylane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>
Para: brunobreta@hotmail.com

9 de setembro de 2024 às 15:46

Boa tarde Bruno,

Segue pedido de esclarecimento da empresa MICROSENS S.A.

Atenciosamente,

Milane da Rocha Modesto
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO PERMANENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS/PMVR
CNPJ 39.563.911/0001-62
TEL - (24) 3512-8210 ou
cpl2.fms.sms@gmail.com



*A força mais potente do universo é a fé.
Madre Teresa de Calcutá*

Pense bem antes de imprimir

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Mylane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90115/2024

Bruno Alves Breta <brunobreta@hotmail.com>
Para: Mylane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>

9 de setembro de 2024 às 16:22

Boa tarde,

Está correto nos 2 itens, desde que atenda as necessidades técnicas, porém ainda se faz necessário uma análise do modelo oferecido, visto que possuímos limitações físicas

De: Mylane Rocha <cpl2.fms.sms@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 9 de setembro de 2024 15:46
Para: brunobreta@hotmail.com <brunobreta@hotmail.com>
Assunto: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90115/2024

[Texto das mensagens anteriores oculto]