



**TEMA:** **Pedido de Impugnação**  
**REFERÊNCIA:** **Pregão Eletrônico nº 90116/2024/SMS/PMVR.**  
**PROCESSO:** **2166/2024/SMS/PMVR**

## **1- PRELIMINARMENTE**

No curso do certame integrante deste processo, sob a modalidade de Pregão, na forma Eletrônica, nº 90116/2024/FMS/SMS/PMVR, a empresa **FUJIFILM**, fez **Pedido de esclarecimento**, tempestivamente ao edital, em face do artigo 164 da Lei nº 14.133/2021.

O presente pedido de esclarecimento tem respaldo legal no subitem 25.1 do Edital.

### **ANÁLISE DO PREGOEIRO**

Diante dos fatos e fundamentos apontados pela licitante, este pregoeiro, submeteu o processo ao setor solicitante, do objeto em questão, anexado dos termos do pedido de esclarecimento, para conhecer e manifestar, o que assim foi feito:

#### **Resposta pedido de esclarecimento FUJIFILM**

A alteração solicitada pela empresa FUJIFILM DO BRASIL para inclusão de sua tecnologia no certame implica mudanças significativas nas especificações técnicas do objeto licitado. A sugestão de modificação do texto visa incluir uma tecnologia específica, porém, essa alteração implica na modificação de diversas especificações técnicas. Tais mudanças comprometeriam a qualidade e a integridade do item a ser adquirido, favorecendo apenas uma solução em detrimento das demais que atendem aos requisitos estabelecidos inicialmente.

É fundamental que o certame permaneça justo e equitativo, garantindo a competição entre os diversos fornecedores atuais do mercado e preservando os padrões de qualidade exigidos para o objeto licitado.

As especificações foram cuidadosamente elaboradas para atender às necessidades do projeto, visando garantir a qualidade e a funcionalidade do item a ser adquirido. A inclusão de uma tecnologia específica exigiria a modificação de parâmetros que, se alterados, poderiam comprometer o desempenho e a eficiência do produto final, como a potência do equipamento, range de seleção dos parâmetros de exposição e os demais.

As especificações requeridas foram definidas para garantir a flexibilidade e a abrangência necessárias nos procedimentos radiológicos aos diversos biotipos de pacientes. Com isso, permite que o equipamento a ser adquirido, se ajuste a uma ampla gama de necessidades clínicas, desde exames com baixa dose até aqueles que requerem maiores exposições. De modo a garantir o atendimento máximo de pacientes, sem restrição de uso.

Por isso, a preservação das especificações originais é essencial para a consecução dos objetivos do certame, garantindo a qualidade almejada e equidade no processo.

Dado o acima exposto, diante das informações da análise do setor solicitante Sr<sup>a</sup> Osilene de Andrade Reis, em resposta ao pedido de esclarecimento acostados aos autos.



Reafirmando que a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda prima em cumprir rigorosamente todos os princípios que orientam a Administração Pública.

Portanto, o edital mantém-se inalterado, no que refere ao questionamento.

Em, 02 de outubro de 2024.

---

**SHENISE GOMES QUINTINO DE AZEVEDO**  
Pregoeira da CCP/FMS/SMS/PMVR