



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

Item: BOLSA PRESSÓRICA DE 500 ML

BOLSA DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO FRASCO DE SORO E VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO FLUIDO DE QUALQUER ÂNGULO; MATERIAL QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; GANCHO QUE PERMITA A FIXAÇÃO DO FRASCO DE SORO; PÊRA RESPONSÁVEL POR INSUFLAR A BOLSA PRESSÓRICA ADAPTADO A DISPOSITIVO DE ESVAZIAMENTO TIPO "THREE WAY"; MANÔMETRO GRADUADO PARA MONITORAR PRESSÃO DA BOLSA; VELCRO LATERAL PARA FECHAMENTO DA BOLSA.

1 - Especificação Padronizada:

MARCA: GC MEDICA

2 - Pontos Positivos:

Nenhum apontado

2.1 - Pontos Negativos:



Produto muito frágil, acidentando no conector com muita facilidade.

3 - Resultado do teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Segun item 2.1

Responsável/Carimbo:



Em: 06/07/2026