



PARECER TÉCNICO

Solicita-se a emissão de Parecer Técnico referente ao material em avaliação, considerando os requisitos técnicos e funcionais necessários à sua utilização. O julgamento deverá ser fundamentado nos critérios observados durante o teste em uso, subsidiando a decisão para a escolha do produto no Processo de Compra.

Processo: 1533/2026

1. Especificação Padronizada: Bolsa Pressórica com Manômetro Reutilizável 500 ml

Marca: DIMAVE Equipamentos Médicos LTDA

Item: Bolsa Pressórica

2. Pontos Positivos:

Atende parcialmente o descritivo para aquisição do material

2.1. Pontos Negativos:

O material/dispositivo não é completamente transparente mas não atrapalha a visualização do SFO,9% que fica oculto na mesma.

3. Resultado do Teste:

☒ Aprovado ☐ Reprovado

Justificativa:

idem item 2.1.

Responsável / Carimbo:

Data:

07/08
2026

[Handwritten signature and stamp]