



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 – Item: BOLSA PRESSÓRICA DE 500 ML

Especificação Padronizada: BOLSA DE MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL QUE PERMITA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO FRASCO DE SORO E VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO FLUIDO DE QUALQUER ÂNGULO; MATERIAL QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; GANCHO QUE PERMITA A FIXAÇÃO DO FRASCO DE SORO; PÊRA RESPONSÁVEL POR INSUFLAR A BOLSA PRESSÓRICA ADAPTADO A DISPOSITIVO DE ESVAZIAMENTO TIPO “THREE WAY”; MANÔMETRO GRADUADO PARA MONITORAR PRESSÃO DA BOLSA; VELCRO LATERAL PARA FECHAMENTO DA BOLSA.

MARCA: DIMAVE

2 – Pontos Positivos:

Nenhum observado.

2.1 – Pontos Negativos:

Material muito frágil e dilata com facilidade e pouco uso, disponibilizando o monitoramento da pressão abriguado.

3 – Resultado do teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Item 2.1 e a descrição solicitada no edital com o material mencionado pelo fornecedor.

Responsável/Carimbo:

[Assinatura]

[Carimbo]

Em: 15/07/2026