




SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Cidade-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br - www.portalvr.com.br/hsjb



Fat: 3056

PARECER TÉCNICO

Item 03

Solicitamos emitir Parecer Técnico do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em Processo de Compra.

1 - Especificação Padronizada: BOTA DE UNNA 10 CM X 9,14 M (BANDAGEM), ELASTICA, IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, OLEO DE CASTOR E PETROLATO BRANCO, MEDINDO 10CM X 9,14M.

MARCA: CASEX

2 – Pontos Positivos:

(Atende parcialmente à descrição)

2.1 – Pontos Negativos:

*Ressecada, não corresponde à solicitação / descrição
sóci todo.*

3 – Resultado do Teste: Aprovado

Reprovado

Justifique:

Sobre item 2.1

Responsável/Carimbo:

*Silvana Arbach
Gerente de Enfermagem
15/10/2025*

Em 15/10/25



PARECER TECNICO

Item 02

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra.**

PROCESSO:VR-02.051-00009056/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 90103/2025

1 - Especificação Padronizada: BOTA DE UNNA 10 CM X 9,14 M (BANDAGEM), ELASTICA, IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINCO, ACACIA, GLICERINA, OLEO DE CASTOR E PETROLATO BRANCO, MEDINDO 10CM X 9,14M.

MARCA: DERMACURE

2 – Pontos Positivos:

Nenhum até o momento.

2.1 – Pontos Negativos:

Tormento diferente do solicitado.

3 – Resultado do Teste: Aprovado

Reprovado

Justifique:

Solto e g.1.

Responsável/Carimbo: _____

Em 28/10/25