



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 2429/2026**

**Fornecedor: REDE UP**

**Item: 4**

### FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO

FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO (FITA DE DUPLA CAMADA), BASE SUPERIOR COM ESPUMA ADESIVA DE POLIETILENO, ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, E ATOXICO, FIXAÇÃO EM VELCRO. CONSIDERANDO QUE FAVOREÇA O AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE, E O REPOSICIONAMENTO, SE NECESSÁRIO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL.  
**TIPO SIMILAR MARCA MEDFIX**

**MARCA: POLARFIX**

**2 - Pontos Positivos:**

*Nenhum.*

**2.1 - Pontos Negativos:**

*Não atende as especificações. Material embacado e compatível com fita adesiva.*

**3 - Resultado do teste: ( ) Aprovado (x) Reprovado**

**Justifique:**

*Idem item 2.1.*

**Responsável/Carimbo:**

*Glaucia Arbach*  
 [Stamp: Serviço de Apoio Técnico - Hospital São João Batista]

**Em: 15/05/2026**