



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 2471/2026

Fornecedor: AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 1

ESPECIFICAÇÃO:

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL 40G TAMANHO ÚNICO C/ TOALHA MANGAS LONGAS, PUNHO MALHA, DOBRA ASSÉPTICA, CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO E 100% POLIETILENO EMBALADO EM GRAU CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, PRONTO PARA USO, PRODUTO ESTÉRIL, DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS ABNT NBR 16064/2012

MARCA: SP HEALTH

2 – Pontos Positivos:

Punho em malha com gramatura de 40

2.1 – Pontos Negativos:

não possui toalha para proteção, baixa qualidade para uso cirúrgico

3 – Resultado do teste: () Aprovado () Reprovado

Justifique:

Não veio com toalha de proteção, pouco impermeável colocando em risco a segurança do profissional e paciente.

Responsável/Carimbo: _____

[Assinatura]
Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB
COREN 113404

Em: 13/05/2026