



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 2471/2026
Fornecedor: DISTRIPHAR
Item: 1

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL 40G TAMANHO ÚNICO C/ TOALHA
MANGAS LONGAS, PUNHO MALHA, DOBRA ASSÉPTICA, CONFECCIONADO EM
100% POLIPROPILENO E 100% POLIETILENO EMBALADO EM GRAU
CIRÚRGICO, DE USO ÚNICO, PRONTO PARA USO, PRODUTO ESTÉRIL, DE
ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS ABNT NBR 16064/2012

MARCA: MEDIX

2 – Pontos Positivos:

Aprovado pela Anvisa -

2.1 – Pontos Negativos:

*Ruim acabamento e qualidade -
A toalha de proteção frontal solta após abrir.*

3 – Resultado do teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

Biol. 2.1 -

Responsável/Carimbo: *[Assinatura]*

Ent^a Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB
COREN 113404

Em: 20/05/2026