



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada:

**CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO 4 VIAS
UTILIZADA EM ARTROSCOPIA, VIDEOLAPAROSCOPIA OU QUALQUER OUTRO TIPO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NECESSITE DE IRRIGAÇÃO CONTÍNUA;
TUBULAÇÃO EM PVC ATÓXICA, SILICONIZADA EM TODOS OS NÍVEIS, PARA
CONTROLE DO FLUXO - 04 VIAS.**

MARCA: MEDSONDA

2 - Pontos Positivos:

aprovado pela vigilância sanitária.

2.1 - Pontos Negativos:

*O ponto de encaixe possui rasamento e não encaixa
direito no equipamento de litotripsia.*

3 - Resultado do teste: () Aprovado () Reprovado

Justifique:

Bide L.1

Responsável/Carimbo: _____

Emp. Lucia Helena T. da Silva
Coordenadora Centro Cirúrgico - H.S.J.B.
COREN 113404

Em: 17/06/2026