

Fwd: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_ Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2026- SRP - PROCESSO VR- 02.051.00007441/2026 - SAH/HSJB



De

Para

Data

<licitacao@hsjb.org.br>

<fernanda.guedes@lifemed.com.br>

2026-10-22 11:17

----- Mensagem original -----
Assunto: Re: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_ Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2026- SRP - PROCESSO VR- 02.051.00007441/2026 - SAH/HSJB
Data: 2026-10-22 11:08
De: almoxarifado.hsjb@voltaredonda.nj.gov.br
Para: licitacao@hsjb.org.br

Bom dia
Conforme solicitado segue abaixo esclarecimentos:

A derivação mencionada no edital refere-se a uma via acessória localizada na extensão do equipo, destinada à conexão de seringa com ponta Luer para administração de água e realização de lavagem, não correspondendo a uma segunda ponta de conexão independente.

Atenciosamente,

Em 2026-10-22 07:40, licitacao@hsjb.org.br escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_ Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2026- SRP - PROCESSO VR- 02.051.00007441/2026 - SAH/HSJB

Data: 2026-10-21 15:44

De: licitacao@hsjb.org.br

Para: Almoxarifado Hsjb <almoxarifado.hsjb@gmail.com>

----- Mensagem original -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO_ Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2026- SRP - PROCESSO VR- 02.051.00007441/2026 - SAH/HSJB

Data: 2026-10-21 15:04

De: "Fernanda Guedes" <fernanda.guedes@lifemed.com.br>

Para: <licitacao@hsjb.org.br>

Cópia: <he-loise.banares@lifemed.com.br>, <andre.prada@lifemed.com.br>, "'Infusao'" <infusao@lifemed.com.br>

Responder para: <fernanda.guedes@lifemed.com.br>

AO

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

SAH - SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2026- SRP - PROCESSO VR-
02.051.00007441/2026 - SAH/HSJB

Boa Tarde Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a) e comissão de licitação.

A LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
S.A., inscrita no CNPJ 02.357.251/0016-30 solicita os pedidos de
esclarecimentos a seguir:

LOTE ÚNICO - Item 2

O edital solicita: equipo enteral com ponta cruz e derivação para
lavagem e infusão.

Do pedido: Gentileza esclarecer se a derivação mencionada corresponde
a uma segunda ponta destinada à infusão de água ou a uma via
acessória localizada em algum ponto da extensão do equipo, que permita
apenas a conexão de uma seringa com ponta Luer?

Certa de vossa compreensão, aguardamos.

Att,

Fernanda Guedes

Núcleo de Propostas

Tel. 55 11 5564-3232 Ramal:364

fernanda.guedes@lifemed.com.br

www.lifemed.com.br [1]

Rua Castilho 392, 6ºAndar

CEP 04568-010 São Paulo - SP

Links:

[1] <http://www.lifemed.com.br/>

Conforme e-mail acima, solicito a resposta do esclarecimento referente ao Pregão 292/2026 (proc. VR-02.051.00007441/2026) sobre o item 2.
Precisamos do seu retorno até o dia 26/10/26 para prosseguimento dos trâmites.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitações/SAH/HSJB