



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 770/2026**

**PREGÃO: N° 90009/2026.**

**Fornecedor:** J.F COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ,

**Item: 1**

### 1 - Especificação Padronizada:

CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 25X28 CM (OU COMPRESSA) É UM PRODUTO HOSPITALAR DESCARTAVEL, COMPOSTO POR 4 CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO E COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. POSSUI FIO RADIOPACO PARA DETECÇÃO EM RAIOS X, ALÇA DUPLA PARA FIXAÇÃO E É ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. UTILIZADO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÃO E ANTEPARO DE VÍSCERAS.

**MARCA:** ALBAMED

### 2 – Pontos Positivos:

*Presença fio radiopaco -*

### 2.1 – Pontos Negativos:

*seams abertas, pouco absorvível, aumentam o uso, custo, e consumo e o custo, além de interferir na segurança do paciente.*

3 – Resultado do teste: ( ) Aprovado  Reprovado

Justifique:

*vide 2.1*

Responsável/Carimbo: \_\_\_\_\_

Enfª Lúcia Helena T. da Silva  
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB  
COREN 113404

Em: 24/03/2026



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 770/2026**

**PREGÃO: 90009/2026**

**Fornecedor: DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

**Item: 2**

### 1 - Especificação Padronizada:

CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 25X28 CM (OU COMPRESSA) É UM PRODUTO HOSPITALAR DESCARTAVEL, COMPOSTO POR 4 CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO E COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. POSSUI FIO RADIOPACO PARA DETECÇÃO EM RAIOS X, ALÇA DUPLA PARA FIXAÇÃO E É ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. UTILIZADO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÃO E ANTEPARO DE VÍSCERAS.

**MARCA: : GLESS**

### 2 – Pontos Positivos:

*Boa forma*  
*Boa absorção - Fio radiopaco.*

### 2.1 – Pontos Negativos:

*Nenhum*

**3 – Resultado do teste:**  Aprovado ( ) Reprovado

**Justifique:**

*Cide item 2*

**Responsável/Carimbo:**

*Lucia Helena T. da Silva*  
Enfª Lucia Helena T. da Silva  
Coordenadora Centro Cirúrgico - HSJB  
COREN 113404

**Em: 20/03/2026**



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 770/2026**

**PREGÃO: 90009/2026**

**Fornecedor:** Produtos Cirúrgicos Serra da Estrela Ltda

### Item: 1

#### 1 - Especificação Padronizada:

CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 25X28 CM (OU COMPRESSA) É UM PRODUTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR 4 CAMADAS DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO E COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO. POSSUI FIO RADIOPACO PARA DETECÇÃO EM RAIO X, ALÇA DUPLA PARA FIXAÇÃO E É ESTERILIZADO POR ÔXIDO DE ETILENO. UTILIZADO PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, SECREÇÃO E ANTEPARO DE VÍSCERAS.

**MARCA:** PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA

#### 2 – Pontos Positivos:

*apresenta fio radiopaco, trama dos fios com boa qualidade*

#### 2.1 – Pontos Negativos:

*nenhum*

3 – Resultado do teste:  Aprovado ( ) Reprovado

Justifique:

*vide item 2.*

Responsável/Carimbo: \_\_\_\_\_

Emp<sup>o</sup> Lúcia Helena T. da Silva  
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB  
COREN 113404

Em: 15/04/2026