



PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada:

MARCA: Esparadrapo impermeável MAXICOR

2 – Pontos Positivos:

Tamanho 10x4, 5m

2.1 – Pontos Negativos:

- A cola do Material não fixa na pele do paciente;
- Dificuldade no manuseio (difícil de cortar)

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

Devido a dificuldade em cortar o produto, há uma necessidade de um maior esforço e/ou até mesmo disponibilizar de tesoura para cortar-lo no tamanho necessário a ser utilizado.

A fixação da cola do produto não exerce sua devida função, ocasionando um desperdício maior do produto, podendo ocorrer graves incidentes no processo de trabalho.

Como por Exemplo: perder o acesso venoso que é indispensável para a boa manutenção da vida do paciente.

Responsável/Carimbo: _____

Vanice Sarmiento Medeiros
Enfermeira
COREN-RJ: 426.815

Em 14/02/2023



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de compra**.

1 – Especificação Padronizada:

MARCA: maxisor micropore

2- Pontos Positivos:

2.1 – Pontos Negativos:

Razão com facilidade, com pouca aderência a pele (após poucos minutos o mesmo descola da pele deixando o curativo exposto).

() Aprovado

3 – Resultados do Teste: (X) Reprovado

Justifique:

Responsável: [Assinatura] **Em:** ___/___/___

Tina Januário
 Enfermeira
 OREN 66057
 [Assinatura]