



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 963/2026**  
**PREGÃO: 90018/2026**

**Fornecedor: FIAMED REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA**

**Item: 4**

**1 - Especificação Padronizada: Clipadores / rotatórios hemostático de uso único**  
**CLIPS: COMPRIMENTO DE TRABALHO 230 CM / ABERTURA 9MM**

**MARCA: CIENLABOR**

**2 – Pontos Positivos:**

**Não há, uma vez que o mesmo é utilizado em vídeo cirurgias.**

---

---

**2.1 – Pontos Negativos:**

**Não atende as necessidades do setor de endoscopia, pois necessitamos de clipe hemostático ou hemoclipe utilizado no setor de endoscopia em casos de hemorragia digestiva.**

---

---

**3 – Resultado do teste: ( ) Aprovado ( x ) Reprovado**


**Justifique:**

**Não atende a demanda do serviço de endoscopia digestiva.**

---

---

**Responsável/Carimbo:** \_\_\_\_\_

  
Leonardo R. Cerqueira  
Médico  
CRM: 52-84744-5

**Em: 04/05/2026**



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 963/2026**  
**PREGÃO: 90018/2026**

**Fornecedor: FIAMED REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA**

**Item: 5**

**1 - Especificação Padronizada:**

**BASKET**

**Comprimento de trabalho 230cm/abertura 35mm (descartável)**

**MARCA: ENDOSURG**

**2 – Pontos Positivos:**

**Não há, uma vez que o mesmo é utilizado em procedimentos urológicos.**

**2.1 – Pontos Negativos:**

**Não atende as necessidades do setor de endoscopia para a retirada de corpo estranho no tubo digestivo.**

**3 – Resultado do teste: ( ) Aprovado ( x ) Reprovado**

**Justifique:**

**Não atende a demanda do serviço de endoscopia digestiva.**

**Responsável/Carimbo:** \_\_\_\_\_

Leonardo R. Cerqueira  
Médico  
CRM: 52-84744-5

**Em: 04/05/2026**