



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



SOLICITAÇÃO LAUDO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025

DÊ: SETOR DE LICITAÇÕES

EMPRESA: FAMAC SUPRIMENTOS

SOLICITAÇÃO LAUDO - Pregão 90019/2025

Amostra PE 90019/2025 - Famarc Suprimentos

De [Licitação](#) em 2025-03-11 11:22

[Detalhes](#) [Cabeçalhos](#) [Texto simples](#)

- 238_2024_SAUDE_PR_71_2023_FAMARC_assinado.pdf(~786 KB)
- 872_2024_SAUDE_PR_90079_2024_F_A_MAGALHAES_assinado (1).pdf(~711 KB)

Bom dia!

Verônica, conforme conversa telefônica poderia por gentileza me enviar o laudo/parecer técnico da análise (documento) da mostra do Item 01 Pregão 90019/2025 entregue dia 26/02 no Hospital para que eu possa levar ao Fabricante. Pois conforme conversa temos esse mesmo material aprovado em 02 Pregões aqui no RJ no COMRJ/ Marcilio Dias tanto na ortopedia, quanto na Neurocirurgia.

Segue inclusive em anexo ambas ATAS vigentes, em ambas as Atas amostra foi analisada.



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portaivr.com/hsjb



	PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
FOLHA DE INFORMAÇÃO	VR 02.051.00000115	2025		CPL

DÊ: SETOR DE ALMOXARIFADO

EMPRESA: FAMAC SUPRIMENTOS

SOLICITAÇÃO LAUDO: Informo que o Laudo do Parecer esta anexo a este processo sob o nº de protocolo [00424995](#).


**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ

CEP: 27253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - Tel: (24) 3512-8300

e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb

**PARECER TECNICO**

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: CABO/ELETRODO ELETROCIRURGICO-
PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL BAIONETA 20CM PONTA 1,5MM NONSTICK CABO
DESCARTÁVEL TIPO MARCA MACON. (SIMILAR OU IDÊNTICO)

MARCA: MICRODENT**2 - Pontos Positivos:**

Aprovado pela Inversa.

2.1 - Pontos Negativos:

A ponta é frágil, danifica com facilidade.

3 - Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

material frágil, danifica com facilidade, aumentando o custo (custo), colocando em risco a segurança do paciente.

Responsável/Carimbo: *lucy*

Em 10/03/2015

Enf. Lúcia Helena T. da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico HSJB
COREN-RJ 113400