



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: 1162/2026**

**Fornecedor: JM GOL HOSPITALAR LDTA**

**Item: 31**

### ESPECIFICAÇÃO:

FITA MICROPORE ADESIVA HIPOALERGENICA TAMANHO: 50MM X 10M  
COM DORSO DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, COM MASSA ADESIVA HIPOALERGENICA NA FACE INTERNA, COR CLARA EMBALAGEM TIPO CARRETEL PROTEGIDA ADEQUADAMENTE. TAMANHO: 50MM X 10M.

**MARCA: CREMER**

### 2 - Pontos Positivos:

*Atende as especificações descritas no certame.*

### 2.1 - Pontos Negativos:

*Pideu mais na pele pouco satisfatório, mas no momento atende.*

3 - Resultado do teste: () Aprovado ( ) Reprovado

Justifique:

*Item b.e. 1 - Observar porque pode estar relacionado ao lote anterior.*

Responsável/Carimbo:

*[Handwritten signature and stamp]*

Em: 08/05/2026