

Fwd: Re: RE: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico 90024/2025 - Bard Brasil

De <licitacao@hsjb.org.br>
Para <Amanda.Pereira@bd.com>
Data 2025-03-10 08:51

Bom dia!

Segue resposta a solicitação de esclarecimento.

Att

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: RE: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico 90024/2025 - Bard Brasil

Data: 2025-03-10 07:55

De: Almojarifado HSJB <almojarifado.hsjb@gmail.com>

Para: licitacao@hsjb.org.br

Bom dia!

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informo que poderá sim ofertar o material com que trabalha.

Sendo necessário, será solicitado amostra.

Atenciosamente,

Adriano Baía
Coord. de Almojarifado

Em sex., 7 de mar. de 2025 às 09:52, <licitacao@hsjb.org.br> escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: RE: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico
90024/2025 -
Bard Brasil
Data: 2025-03-06 11:13
De: Amanda Soares Pereira <Amanda.Pereira@bd.com>
Para: "licitacao@hsjb.org.br" <licitacao@hsjb.org.br>
Cópia: Cristiane Monteiro <Cristiane.Monteiro@bd.com>

Prezados(as), Bom dia !

Segue catalago para uma analise mais acurada do nosso material

Desde já agradeço.

Att,

Amanda Soares Pereira

Analista de Licitações JR

--

Regiões de Atendimento: BDI Brasil – ES e DF

E-mail: amanda.pereira@bd.com

E-mail: brasil_licitacoes@bd.com

Tel: (11) 5185.9856

--

Rua Alexandre Dumas, 1976 – 1º andar

Chácara Santo Antônio

São Paulo/SP – 04717-004 - BR

BD Restricted

From: Amanda Soares Pereira
Sent: quinta-feira, 6 de março de 2025 11:04
To: licitacao@hsjb.org.br
Cc: Cristiane Monteiro <Cristiane.Monteiro@bd.com>
Subject: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico 90024/2025 -
Bard Brasil
Importance: High

Prezados(as), Boa tarde !

Segue anexo pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico
90024/2025 para sua análise e deliberações.

Solicitamos que por gentileza manifestem confirmação de recebimento,
bem como posterior resposta do referido pedido de esclarecimento o
quanto antes, levando em consideração que dependemos das respostas
para avaliarmos a efetiva participação da BARD no presente Pregão
Eletrônico.

Agradecemos antecipadamente.

Ficamos no aguardo e à disposição.

Att,

Amanda Soares Pereira

Analista de Licitações JR

--

Regiões de Atendimento: BDI Brasil – ES e DF

E-mail: amanda.pereira@bd.com

E-mail: brasil_licitacoes@bd.com

Tel: (11) 5185.9856

--

Rua Alexandre Dumas, 1976 - 1º andar

Chácara Santo Antônio

São Paulo/SP - 04717-004 - BR

IMPORTANT MESSAGE FOR RECIPIENTS IN THE U.S.A.:

This message may constitute an advertisement of a BD group's products or

services or a solicitation of interest in them. If this is such a message and you would like to opt out of receiving future advertisements

or solicitations from this BD group, please forward this e-mail to optoutbygroup@bd.com. [BD.v1.0]

This message (which includes any attachments) is intended only for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and may be subject to the attorney-client privilege or other

confidentiality protections. If you are not a designated recipient, you

may not review, use, copy or distribute this message. If you received this in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this

message. Thank you.

Corporate Headquarters Mailing Address: BD (Becton, Dickinson and Company) 1 Becton Drive Franklin Lakes, NJ 07417 U.S.A.

A
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2025
Processo: VR-02.051-00001546/2025
Abertura: 09:00 horas do dia 17/03/2025
UASG: 927761

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO FECAL.”

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa **Bard Brasil Indústria e Comércio de Produtos Para a Saúde Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.818.693/0002-69, na qualidade de empresa interessada em participar do processo licitatório em referência, vem por meio deste, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, em observância ao item 01 do presente edital, solicitar ESCLARECIMENTO:

1. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS NO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 DO DESCRITIVO DO ITEM 01:

O termo de referência no item 1.2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO E VALOR DA AQUISIÇÃO, disponibiliza uma tabela com o descritivo dos itens, em relação ao item 01 temos:

ITEM	CATMAT	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	616982	300	UNID	DISPOSITIVO PARA SISTEMA DE GERENCIAMENTO FECAL Deve conter: ✓ Via de irrigação do Cateter e via de medicação ✓ Via de inflação do Balão com indicador de preenchimento ✓ Ø Via de amostragem ✓ Ø Cateter ✓ Ø Linha Indicadora de Posição ✓ Ø Balão de Retenção de Baixa Pressão com bolso de dedo ✓ Ø Conector ✓ Ø Tira para pendurar ✓ Ø Seringa do tipo Luer-Lock ✓ Ø 03 Bolsas Coletoras de 1000ml com Tampa e filtro ✓ Ø Clamp	1.450,00	435.000,00
VALOR TOTAL: QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS						R\$ 435.000,00

Ocorre que o produto que esta empresa licitante pretende ofertar possui qualidade superior as mencionadas acima, com características similares das exigidas, sendo:

SISTEMA DE **COMPLETO** CONTROLE DA INCONTINENCIA FECAL - COMPOSICAO (1): UM CONJUNTO DE CATETER **COM CUFF DE SILICONE FLEXÍVEL E TUBO EM PERMALENE PARA MELHOR CONTROLE DE ODOR**, ; COMPOSICAO (2): UMA SERINGA DE 60 ML DO TIPO LUER-LOCK, **01 SERINGA DE 10ML COM SOLUÇÃO LUBRIFICANTE, 01 CLAMP PARA FECHAMENTO DO SISTEMA, 01 ELIMINADOR DE**

ODORES COMPOSICAO (3): UMA BOLSA COLETORA DE 1 LITRO COM TAMPA PARA CONTENCAO TEMPORARIA DE FEZES LIQUIDAS E/OU SEMI-LIQUIDAS P/INSERSECAO PELO TOQUE MANUAL. COMPOSTO POR UM CATETER COM CUFF DE SILICONE FLEXÍVEL E TUBO EM PERMALENE PARA MELHOR CONTROLE DE ODORE COM LINHA INDICADORA DE POSICAO. O CATETER POSSUI EM UMA DAS EXTREMIDADES BALAO DE FIXACAO COM BAIXA PRESSAO COM NO MAXIMO 45ML, COM FORMATO ANATOMICO PARA AMPOLA RETAL. NA OUTRA EXTREMIDADE DO CATETER CONECTOR PARA A BOLSA COLETORA. O CATETER POSSUI ALEM DA VIA DE DRENAGEM MAIS TRÊS VIAS, SENDO: UMA PARA INSUFLACAO DO BALAO, A OUTRA VIA PARA IRRIGACAO DO CATETER E OUTRA PARA LIMPEZA DO CATETER COM VIA DE ACESSO INDIVIDUALIZADA. ALÉM DE POSSUIR PORTA SEGURA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE FEZES. O CONJUNTO É FORMADO POR: 01 CONJUNTO DE CATETER COM CUFF DE SILICONE FLEXÍVEL E TUBO EM PERMALENE PARA MELHOR CONTROLE DE ODORE, 01 SERINGA 60 ML PARA INSUFLAÇÃO DO BALÃO, 01 SERINGA DE 10ML COM SOLUÇÃO LUBRIFICANTE, 01 CLAMP PARA FECHAMENTO DO SISTEMA, 01 ELIMINADOR DE ODORES, POSSUI 01 BOLSA DESCARTÁVEL. A BOLSA COLETORA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1000ML COM FUNDO CEGO E QUE NAO APRESENTE VAZAMENTOS, VALVULA ANTIREFLUXO E COM TAMPA PARA FECHAMENTO ACOPLADA AO ANEL DA BOLSA PARA O FECHAMENTO AO FINAL DO USO EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, DISPOSITIVO DE FIXACAO AO LEITO.

O produto que será ofertado é um sistema fechado para controle da incontinência fecal, composto por diversos componentes que se destinam à gestão de fezes desviando e coletando líquido ou semi-líquidos das fezes, promovendo acesso para administração de medicamentos, além de possuir propriedade de barreira de odores.

Sendo desenhado para desvio e contenção fecal, através de um sistema fechado, que permite que usuários e equipe de enfermagem estejam protegidos durante a sua utilização.

O Cuff, também conhecido como balão inflável, é constituído em Silicone e possui capacidade de 45 ml. Proporciona conforto para o paciente e seu formato anatômico permite melhor acomodação na ampola retal. Com design de drenagem macio e maleável com bordas arredondadas criam uma superfície suave para minimizar o contato com a mucosa durante a inserção, uso e remoção. Sua ponteira cônica exclusiva se adapta à anatomia do paciente, minimizando os vazamentos.

Além disso, proporciona drenagem otimizada através de seu diâmetro interno 149% maior, mantendo o diâmetro externo da ponteira, semelhante aos outros dispositivos de controle fecal disponíveis no mercado.

A tecnologia patentada do polímero Permalene™ da BARD, presente em seu tubo e bolsas, proporciona ao tubo maior flexibilidade, no manuseio e reduz significativamente a permeabilidade do tubo contra os compostos que contribuem para o odor – mais de 76% em comparação com a concorrência.

Complementarmente, ao longo do tubo existem 3 lúmens, cada um com portas de acesso separadas e cores diferentes. O port de insuflação verde (“INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) é utilizado para insuflar e desinsuflar o cuff (balão), além de possuir indicador de insuflação para validar que o cuff atingiu sua capacidade máxima; O port de irrigação transparente (“IRRIG”), é utilizado para infusão de água ao final do cuff de retenção e para proporcionar acesso para a administração de medicamentos, bem como lavagem em caso de obstrução. O port de flush roxo (“FLUSH”), é utilizado para infundir a água no tubo para auxiliar na drenagem do material fecal. Um port de amostra branco no tubo de drenagem permite a coleta de amostras de fezes com a utilização de uma seringa luer slip, de forma Segura, permitindo assim, amostras para análise sem expor o profissional responsável pela coleta. Possui alça para fixação do dispositivo no leito do paciente, trazendo maior segurança no manuseio.

Possui válvula anti-refluxo em seu tubo e bolsas. O conector de válvula localizado na extremidade do tubo de drenagem se liga ao hub da bolsa coletora, quando a bolsa coletora for desengatada do tubo, a bolsa é automaticamente fechada para evitar o derramamento de matéria fecal. A tampa da bolsa coletora protege o conteúdo/material fecal quando o tubo é removido, garantindo maior segurança no manuseio. **Bolsa coletora com capacidade de 1.000ml, transparente e graduada para melhor visualização.**

Além do cateter e da bolsa, o produto a ser ofertado possui itens adicionais:

- ✓ 01 seringa de 60ml, com marcação de 45ml, para correta insuflação do cuff e ponta luer-lock;
- ✓ 01 seringa de 10ml, com gel lubrificante a base de água;
- ✓ 01 eliminador de odor (para melhor controle do odor);
- ✓ 01 Clamp para fechamento do sistema e administração correta de medicação;

Vale ressaltar que, os itens adicionais mencionados, trazem economia para a Instituição, além de otimizar o trabalho para a equipe de Enfermagem.

Ademais, nosso sistema possui características adicionais, o sistema vai com uma bolsa e é enviado mais duas bolsas para composição do kit, atendendo a exigência do edital de 3 bolsas para o item 1.

Diante do acima exposto, fica claro que o sistema fechado para controle da incontinência fecal (DIGNISHIELD) possui a mesma finalidade do exigido nas especificações do item.

Além do mais, citamos alguns processos licitatórios em que a BARD participou e sagrou-se vencedora na oferta do produto em tela, sendo: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS – PE 68/2023 – Grupo 02 (itens 07 e 08), INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA – PE 74/2023 – Itens 12 e 18, SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – PE 146/2024 – Lote 05, SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL RJ – PE 135/23 – Item 3.

Salientamos que a Constituição Federal insta a Administração Pública a oferecer a todos os licitantes igualdade de oportunidades na oferta para aquisição de bens e contratação de serviços e obras. Busca-se assim a obtenção da contratação vantajosa para o órgão público, e a licitação consiste no instrumento jurídico que visa afastar a arbitrariedade na seleção do contratante.

Assim, como premissa da licitação o princípio da igualdade/isonomia constitui um dos seus alicerces, na medida em que esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar com a Administração Pública.

Diante de todo o exposto, em observância aos princípios que regem os processos licitatórios, os quais destacamos, os princípios da igualdade, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade e da proporcionalidade.

Questiona-se se esta empresa licitante, interessada em participar do pregão eletrônico em referência, poderá ofertar o produto acima descrito?

Outro ponto que gostaríamos de questionar é que o edital solicita:


Quantitativo:

Sistema de gerenciamento fecal: 300 unidades.

Bolsa coletora de 1000ml com tampa e filtro (caixa com 10 unidades): 50 caixas.

Porém, no termo de referencia só tem o descritivo do dispositivo. O que devemos considerar?

São Paulo, 06 de Março de 2025



p.p. Bard Brasil Ind. e Com. de Prod. Para a Saúde Ltda

Amanda Soares Pereira - Analista de Licitações

RG.: 49.236.397-3-SSP/SP - CPF.: 391.729.118-59

Tel.: 11 - 5185 9900 – Fax 5185 9940

Email.: brasil_licitacoes@bd.com