



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 1127/2026

Fornecedor: LIGA HOSPITALAR LTDA

Item: 2

ESPECIFICAÇÃO:

CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO 4 VIAS

UTILIZADA EM ARTROSCOPIA, VIDEOLAPAROSCOPIA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NECESSITE DE IRRIGAÇÃO CONTÍNUA; TUBULAÇÃO EM PVC ATÓXICA, SILICONIZADA EM TODOS OS NÍVEIS, PARA CONTROLE DO FLUXO - 04 VIAS.

MARCA: SEROPLAST

2 – Pontos Positivos:

Tubulação em PVE, 04 vias

2.1 – Pontos Negativos:

*Dificuldade para abrir e fechar a peça
durante o procedimento e aumentando o
risco de contaminação*

3 – Resultado do teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Rejeitar item 2.1

Responsável/Carimbo: 

Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB
COREN 113404

Em: 11/05/2026