



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO:**

**Fornecedor:**

**Item:**

**FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO**

FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO (FITA DE DUPLA CAMADA), BASE SUPERIOR COM ESPUMA ADESIVA DE POLIETILENO, ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, E ATOXICO, FIXAÇÃO EM VELCRO. CONSIDERANDO QUE FAVOREÇA O AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE, E O REPOSICIONAMENTO, SE NECESSÁRIO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

**TIPO SIMILAR MARCA MEDFIX**

**MARCA: POLARFIX**

**2 - Pontos Positivos:**

*Nenhum.*

**2.1 - Pontos Negativos:**

*Não atende as especificações. Material emborrachado e compatível com fita adesiva.*

**3 - Resultado do teste: ( ) Aprovado (x) Reprovado**

**Justifique:**

*Idem item 2.1.*

**Responsável/Carimbo:**

*Glaucia Arrach*  
Coordenadora de Serviço  
020.011.200-100

**Em: 15/05/2026**