



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 1127/2026

PREGÃO: 90024/2026

Fornecedor: JMGOL

Item: 13

1 - Especificação Padronizada:

PACOTE	CIRURGICO	UNIVERSAL	II	-ESTERIL
CONTENDO: 01 CAMPO CIRURGICO SUPERIOR, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, CONFECCIONADO EM SMS 45 GR, REFORÇO ABSORVENTE DE 0,35 X 0,70 CM, PASSANTES. 01 CAMPO CIRÚRGICO INFERIOR, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, CONFECCIONADO EM SMS 45 GR, REFORÇO ABSORVENTE DE 0,35 X 0,70 CM, PASSANTES. 02 CAMPOS CIRÚRGICOS LATERAIS, COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO, CONFECCIONADO EM SMS 45 GR, REFORÇO ABSORVENTE DE 0,35 X 0,70 CM, PASSANTES. 01 COBERTURA IMPERMEÁVEL PARA MESA AUXILIAR (LADO ABSORVENTE OUTRO IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADO EM PM 57, COR AZUL. 01 COBERTURA PARA MESA DE MAYO (LADO ABSORVENTE OUTRO IMPERMEÁVEL), CONFECCIONADO PM 57, COR AZUL. 01 BOLSA PARA SUTURA, MEDINDO 0,25 X 0,30CM, CONFECCIONADO EM LAMINADO RESPIRÁVEL, COR BRANCA.				

MARCA: PIONG

2 – Pontos Positivos:

*boa absorção, boa divisão de absorção,
boa impermeabilidade nas coberturas de mesa*

2.1 – Pontos Negativos:

Nenhum.

3 – Resultado do teste: (☒) Aprovado (☐) Reprovado

Justifique:

vide Q.O

Responsável/Carimbo:


Eni Lucila Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSB
COREN 113404

Em: 10/04/2026