



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 1127/2026
PREGÃO: 90024/2026

Fornecedor: LIGA HOSPITALAR LTDA
Item: 1

1 - Especificação Padronizada:

CONJUNTO	DE	IRRIGAÇÃO	2	VIAS
UTILIZADA EM ARTROSCOPIA, VIDEOLAPAROSCOPIA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NECESSITE DE IRRIGAÇÃO CONTÍNUA; TUBULAÇÃO EM PVC ATÓXICA, SILICONIZADA EM TODOS OS NÍVEIS, PARA CONTROLE DO FLUXO - 02 VIAS.				

MARCA: SEROAR

2 – Pontos Positivos:

Conjunto com 2 entradas

2.1 – Pontos Negativos:

Conexão final não encaixa no aparelho (vaza todo líquido)

3 – Resultado do teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

Deserto nos pontos negativos

Responsável/Carimbo:

[Assinatura]
José Roman Barreira Garcia
TISBU- UROLOGIA
CRM:5258505-1

Em: 13/04/2026



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 1127/2026

PREGÃO: 90024/2026

Fornecedor: SERTRAUMA COM. MAT. HOSPITALARES

Item: 2

1 - Especificação Padronizada:

CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO 4 VIAS
UTILIZADA EM ARTROSCOPIA, VIDEOLAPAROSCOPIA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NECESSITE DE IRRIGAÇÃO CONTÍNUA; TUBULAÇÃO EM PVC ATÓXICA, SILICONIZADA EM TODOS OS NÍVEIS, PARA CONTROLE DO FLUXO - 04 VIAS.

MARCA: FLEXOR

2 – Pontos Positivos:

Conjunto com 2 entradas (vias)

2.1 – Pontos Negativos:

Conexão não encaixa no aparelho (vazamento)

3 – Resultado do teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Pelo item 2.1

Responsável/Carimbo: _____

Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenadora Centro Cirúrgico - HSJB
COREN/113404

Em: 10/04/2026