



PARECER TECNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: SONDA ENDOBRONQUIAL DE DUPLO LUMEM, ROBERTSHAW SEM GANCHO DE CARINA, PARA INTUBAÇÃO BRONQUIAL SELETIVA, EM PVC DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE TERMOSENSÍVEL, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA E MARCAÇÃO ADICIONAL DO BALÃO, BALÃO TRAQUEAL INCOLOR DE BAIXA PRESSÃO, COM BALÃO DE CONTROLE INCOLOR, BALÃO BRONQUIAL AZUL E BALÃO DE CONTROLE AZUL, ENCAIXES PARA SERINGAS LUER E LUER-LOCK, GRADUADO, ESTÉRIL. ACOMPANHA: 02 SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRANSPARENTES COM DISPOSITIVO REGULADOR DA ASPIRAÇÃO; 2 INTERMEDIÁRIOS; 1 INTERMEDIÁRIO EM "Y" E MANDRIL

MARCA: VITAL GOLD

2 – Pontos Positivos:

*Aprovado pela vigilância sanitária
boa embalagem*

2.1 – Pontos Negativos:

*O broncoscópio disponível na unidade
não passa pelo calibre da sonda, impos-
sibilitando a checagem da correta posição do mesmo*

3 – Resultado do Teste: () Aprovado (X) Reprovado

Justifique:

*vide Item 2.1.
Pela equipe de anestesia é fundamental
a correta posição do tubo verificada pelo broncoscópio, sendo
assim a marca não obtida no serviço*

Responsável/Carimbo: *[Assinatura]*

Em *01/09/23*

*Enfe Lúcia Helena T. da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico HSJB
COREN-RJ 113404*