

## Re: ENC: ESCLARECIMENTO PE 90028/2025 - SRP Nº 029/2025 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RJ - UASG Nº 927761 - PROCESSO Nº 02.051-00001641/2025



**De** <licitacao@hsjb.org.br>

**Para** Larissa Mariane Ricardo <licitacao1@handle.com.br>

**Data** 2025-03-26 09:58

 SEI\_VOLTAREDONDA - 00471212 - Despacho.pdf (~166 KB)

Bom dia!

Segue solicitação de esclarecimento.

Att

Em 2025-03-24 09:42, Larissa Mariane Ricardo escreveu:

Agradeço e fico no aguardo.

Atenciosamente,

De: [licitacao@hsjb.org.br](mailto:licitacao@hsjb.org.br) <[licitacao@hsjb.org.br](mailto:licitacao@hsjb.org.br)>

Enviado: segunda-feira, 24 de março de 2025 09:41

Para: Larissa Mariane Ricardo <[licitacao1@handle.com.br](mailto:licitacao1@handle.com.br)>

Assunto: Re: ENC: ESCLARECIMENTO PE 90028/2025 - SRP Nº 029/2025 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RJ - UASG Nº 927761 - PROCESSO Nº 02.051-00001641/2025

Bom dia!

A solicitação foi encaminhada ao setor responsável.  
Favor aguardar

Em 2025-03-24 09:28, Larissa Mariane Ricardo escreveu:

Prezados(as), bom dia, espero que estejam bem!

Desejo a vocês uma excelente semana.

Aguardo retorno referente ao e-mail anterior abaixo, apenas para formalização. Pois considerando que o lote demandará o

fornecimento

em comodato do equipamento compatível para a realização do(s) procedimento(s), entende-se que a "alteração" não afetará a qualidade/funcionalidade do insumo solicitado.

Poderiam me ajudar gentilmente com este posicionamento!?

Atenciosamente,

De: Larissa Mariane Ricardo

Enviadas: Sexta-feira, 21 de Março de 2025 09:08

Para: [licitacao@hsjb.org.br](mailto:licitacao@hsjb.org.br)

Cc: Sarah Moreira; Stephanie Oliveira

Assunto: ESCLARECIMENTO PE 90028/2025 - SRP Nº 029/2025 - HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - RJ - UASG Nº 927761 - PROCESSO Nº 02.051-00001641/2025

Prezada comissão de licitação, bom dia.

Espero encontra-los bem!

Referente ao edital PE 90028/2025 - SRP Nº 029/2025 - HOSPITAL

SÃO

JOÃO BATISTA - RJ - UASG Nº 927761 - PROCESSO Nº 02.051-00001641/2025, itens 3 e 5, solicito a seguinte verificação/esclarecimento:

\*

ITEM 3 - CATETER URETERAL BASKET: Será aceito o extrator basket

com

3 fios, que cumpra e atenda a mesma função?

\*

ITEM 5 - FIBRA ÓPTICA: Será aceito Fibra de 200µm, que cumpra e atenda a mesma função?

HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

54.756.242/0001-39

Atenciosamente,



Prefeitura do Município de Volta Redonda  
Serviço Autônomo Hospitalar

## DESPACHO

Em resposta ao Despacho Nº 471212 referente ao Documento 00467603:

**ÍTEM 3** - Conforme parecer técnico do Coordenador da Urologia, não será aceito cateter ureteral de Basket de 3 fios, somente 4 fios como consta no Edital.

**ÍTEM 5** - Não será aceito Fibra Ótica com diâmetro menor que 273µm conforme solicitado no Edital.

Volta Redonda, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Lucia Helena Teixeira da Silva, Enfermeira**, em 25/03/2025, às 11:56, conforme art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00471212** e o código CRC **5B37B626**.

Referência: Processo nº VR-02.051-00001641/2025

SEI nº 00471212

Rua Nossa Senhora das Graças, Nº235, Hospital São João Batista - Bairro São Geraldo, Volta Redonda/RJ,  
CEP 27253-610  
Telefone: - [www.hsjb.org.br](http://www.hsjb.org.br)