

SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777

RECURSO ADMINISTRATIVO

À Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)
Serviço Autônomo Hospitalar - Hospital São João Batista
Município de Volta Redonda / RJ

Ref.: Pregão Eletrônico nº 90029/2025 – SRP nº 00031/2025

Processo nº VR-02.051-00001568/2025 – Item 12

Objeto: Aquisição de Coberturas para Curativos

A empresa **SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.377.194/0001-00, com sede na Rua General Andrade Neves, nº 31 – Volta Redonda/RJ – CEP 27253-550, por intermédio de seu representante legal, vem, respeitosamente, à presença de V.Sas., interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face do resultado do julgamento do **item 12**, conforme razões a seguir expostas.

DO OBJETO

O presente recurso tem por objeto a **impugnação** do produto apresentado pela empresa : **FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ: 32.493.837/0001-06**), referente ao **SUPRASORB® P SENSITIVE SACRAL**, no **ITEM 12** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2025**, por não atender integralmente ao descritivo técnico exigido no edital.

DO DESCRITIVO TÉCNICO DO EDITAL

ITEM 12: Possui o seguinte descritivo obrigatório:

“CURATIVO SACRAL – COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVAS, PERFURADA DE SILICONE PARA UM AJUSTE SUAVE E SEGURO. ESPUMA DE POLIURETANO COM TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO E QUE SE CONFORMA AO LEITO DA FERIDA, PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO E PREVENINDO O ACÚMULO DO EXSUDATO QUE REALIZE A REDISTRIBUIÇÃO VERTICAL DO EXSUDATO. DEVE CONTER AÇÃO BACTERICIDA NO MÍNIMO CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PREVENINDO BIOFILMES E PERMITINDO REDUÇÃO DE ODORES. DEVE POSSIBILITAR PERMANÊNCIA DE ATÉ 7 DIAS. TAMANHO 15 x 19 cm.”

SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777

DA NÃO CONFORMIDADE TÉCNICA DO PRODUTO ALLEVYNSACRUM ADESIVO

Após análise minuciosa da ficha técnica do produto **SUPRASORB® P SENSITIVE SACRAL**, observa-se que o mesmo não atende a diversos requisitos técnicos estabelecidos no edital, conforme segue:

- **Ausência de ação bactericida:** Suprasorb® P Sensitive não possui em sua composição qualquer substância de ação antimicrobiana ou bactericida. O edital exige expressamente ação bactericida comprovada, no mínimo, contra **Pseudomonas aeruginosa** e **Staphylococcus aureus**, requisito não atendido.

CARACTERÍSTICAS:

- Espuma de poliuretano com silicone;
- Anatômico, especialmente desenvolvido para a região do sacro;
- Registro ANVISA: 80102513145.

O edital exige “ação bactericida no mínimo contra *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*”.

| | | | | |
|----|--------|-----|------|--|
| 11 | 484830 | 375 | UNID | CURATIVO SACRAL- COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVAS, PERFURADA DE SILICONE PARA UM AJUSTE SUAVE E SEGURO. ESPUMA DE POLIURETANO COM TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO E QUE SE CONFORMA AO LEITO DA FERIDA, PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO E PREVENINDO O ACÚMULO DO EXSUDATO QUE REALIZE A REDISTRIBUIÇÃO VERTICAL DO EXSUDATO. DEVE CONTER AÇÃO BACTERICIDA NO MÍNIMO CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA E STAPHYLOCOCCUS AUREUS E ASSIM PREVENINDO BIOFILMES E PERMITA REDUÇÃO DE ODORES. POSSA SER MANTIDO POR ATÉ 07 DIAS. TAMANHO 15 X 19 CM |
|----|--------|-----|------|--|

Ausência de liberação sustentada de agente antimicrobiano: Não há comprovação de ação antibiofilme ou redução de odores: o edital requer curativo com ação preventiva de biofilmes e controle de odores, características inexistentes na bula e ficha técnica do **SUPRASORB P SENSITIVE SACRAL**,

Ausência de tecnologia tridimensional de absorção vertical e Ausência de sistema tranca-fluído: não há qualquer evidência de sistema de retenção do exsudato sob compressão, sendo apenas relatada uma “multicamadas de espuma com silicone de

SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777

poliuretano absorvente”, sem sistema de bloqueio interno ou lock-away layer e sem menção a tecnologia tridimensional que garanta redistribuição vertical do exsudato como exige o edital.

| | | | | |
|----|--------|-----|------|---|
| 11 | 484830 | 375 | UNID | <p>CURATIVO SACRAL- COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTOADESIVAS, PERFURADA DE SILICONE PARA UM AJUSTE SUAVE E SEGURO. ESPUMA DE POLIURETANO COM TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANÇA-FLUÍDO PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO E QUE SE CONFORMA AO LEITO DA FERIDA, PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO E PREVENINDO O ACÚMULO DO</p> |
|----|--------|-----|------|---|

O curativo de silicone Suprasorb P sensitive é constituído por uma camada de silicone de contacto com a ferida, uma espuma de PU absorvente, uma camada de tecido não tecido, um núcleo superabsorvente e uma camada protetora. A estrutura de cinco camadas facilita a **gestão dinâmica dos fluidos**, permitindo um ambiente húmido perfeito da ferida e promovendo, por sua vez, o fechamento mais rápido da ferida, ajudando na redução do risco de maceração. A suave camada de silicone pode ser levantada e reposicionada sem perder a sua aderência. Do mesmo modo, esta camada permite minimizar a dor em pacientes e o trauma a feridas e pele envolvente durante a mudança da ligadura. **A camada almofadada absorvente fornece uma absorção superior e mantém os exsudados afastados.**

- **Diferença dimensional:** O tamanho apresentado diverge do especificado no edital (15x19cm).

| INFORMAÇÕES PARA PEDIDO | | PERIODICIDADE DE TROCA / ATÉ 7 DIAS. ATENTAR PARA PERDA DE ADERÊNCIA | | APRESENTAÇÃO | ESTÉRIL |
|-------------------------|-----------------|--|--|-----------------------|---------|
| CODIGO | TAMANHO | MODELO | | | |
| 139061 | 10cm x 10cm | BORDER - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139062 | 12,5cm x 12,5cm | BORDER - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139069 | 15cm x 15cm | BORDER - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139070 | 20cm x 20cm | BORDER - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139356 | 25cm x 23,5cm | HEEL - ESPUMA DE SILICONE CALCÂNEO | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139556 | 23cm x 23cm | SACRAL - ESPUMA DE SILICONE SACRAL | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139355 | 17,5cm x 17cm | SACRUM - ESPUMA DE SILICONE SACRAL | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139357 | 12cm x 15cm | MULTISITE - ESPUMA DE SILICONE MULTISITE | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 140164 | 15cm x 15cm | BORDER LITE - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139080 | 5cm x 5cm | BORDER LITE - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |
| 139083 | 10cm x 10cm | BORDER LITE - ESPUMA DE SILICONE COM BORDA | | CAIXA COM 10 UNIDADES | ESTÉRIL |

BORDER, SACRAL, CALCÂNEO E MULTISITE - Registro na ANVISA Nº. 80102513145 BODER LITE - Registro na ANVISA Nº. 801025146

LR Lohmann & Rausche

SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777



Dessa forma, verifica-se que o **SUPRASORB® P SENSITIVE SACRAL** não atende aos requisitos técnicos essenciais exigidos no Termo de Referência, devendo ser desclassificado do certame.

DA CONFORMIDADE TÉCNICA DO BIATAIN SILICONE SACRAL AG 15x19

O produto **BIATAIN SILICONE SACRAL AG 15X19 CM**, fabricado pela Coloplast e representado pela empresa **SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA.** (CNPJ 10.377.194/0001-00 e registro ANVISA 10430310147).

- **Camada autoaderente de silicone perfurada:** Proporciona ajuste suave e seguro, conforme exigido.



Camada de contato revestida por adesivo de silicone perfurado. Solução para o ajuste seguro, remoção sem traumas no tecido recém formado e redução de queixas algicas na troca do curativo.

- **Espuma de poliuretano tridimensional (tecnologia 3DFit):** Garante absorção vertical e superior do exsudato, prevenindo acúmulo e preenchendo espaços mortos.

SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777



Biatain Silicone Ag é indicado como cobertura principal em feridas infectadas e cavitárias com até 2 cm de profundidade, pois promove conformidade, absorção vertical, retenção do exsudato e liberação sustentada de prata no leito da ferida por até 7 dias.

A Tecnologia 3DFit® é a melhor escolha para curativos e está presente em todas as nossas espumas.



Conformidade



Absorção vertical



Retenção do exsudato

- **Sistema tranca-fluído (Lock-away System):** Retém o exsudato mesmo sob compressão, mantendo o meio úmido ideal para cicatrização.



- **Ação antimicrobiana com prata iônica (Ag):** Possui complexo antibacteriano de prata com liberação sustentada, eficaz contra **Pseudomonas aeruginosa** e **Staphylococcus aureus**, conforme relatado no relatório técnico da Coloplast (atividade comprovada por até 7 dias).



SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777

Biatain® Silicone Ag

Simplifique o cuidado em todas as etapas de cicatrização em feridas infectadas

Espuma multicamadas com bordas de fixação. Película semipermeável, espuma absorvente de poliuretano 3DFit com prata e adesivo suave de silicone.

- Tratamento para feridas infectadas;
- Liberação sustentada de íons prata quando a espuma entra em contato com o exsudato da ferida;
- Combate uma gama de bactérias responsáveis pela infecção e pelo biofilme;
- Pode ser mantida no leito da ferida por até 7 dias;
- Disponível em diversos formatos e tamanhos.



- **Redução de odores e prevenção de biofilme:** Devido à ação antimicrobiana da prata e barreira protetora de poliuretano semipermeável.



- **Dimensão exata de 15 x 19 cm:** Atende rigorosamente ao tamanho especificado.

| Biatain® Silicone Ag - Sacral | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|--|
| Código | Tam. (cm) | Un. (cx) | |
| 39650 | 15x19 | 5 | |
| 39651 | 25x25 | 5 | |



CONCLUSÃO

Diante das informações técnicas apresentadas, conclui-se que o **SUPRASORB® P SENSITIVE SACRAL** não atende às especificações técnicas exigidas no edital, enquanto o **Biatain Silicone Sacral Ag 15x19cm (Coloplast)** atende integralmente a todos os requisitos, sendo o produto tecnicamente conforme, eficaz e seguro para o uso pretendido.


SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO E ORTOPÉDICO LTDA. CNPJ: 10.377.194/0001-00
RUA GENERAL ANDRADE NEVES, 31 – VOLTA REDONDA / RJ
CEP: 27253-550- TEL: (24)3346-4777

Dessa forma, requer-se a Comissão de Licitação que:

Seja desclassificada a proposta técnica referente ao produto **SUPRASORB® P SENSITIVE SACRAL**, da empresa **FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.**

Nestes termos, pede deferimento.

Volta Redonda, 12 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **WESLEY PORTILHO DE SOUZA**
Data: 12/11/2025 09:39:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wesley Portilho de Souza/ CPF: 120.310.327-12

Representante Legal

10.377.194/0001-00

SÃO GERALDO MATERIAL MÉDICO
E ORTOPÉDICO LTDA

Rua General Andrade Neves, 31
São Geraldo - CEP 27253-550

VOLTA REDONDA-RJ