

PARECER TECNICO

ITEM 11

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: VR-02.051-00001568/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 90029/2025.

1 - Especificação Padronizada: CURATIVO SACRAL

Cobertura composta de camada autoadesivas, perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro. Espuma de poliuretano com tecnologia tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato que realize a redistribuição vertical do exsudato. Deve conter ação bactericida no mínimo contra *Pseudomonas Aeruginosa* e *Staphylococcus Aureus* e assim prevenindo biofilmes e permita redução de odores. Possa ser mantido por até 07 dias. **TAMANHO 15 X 19 CM**

MARCA: ESSITY/BSN

2 – Pontos Positivos:

Monium obscurum

2.1 – Pontos Negativos:

Produtos que apresentam as características descritas no edital. Não descreve (não distribui) vertical do exúvios, nem ação bactericida.


3 – Resultado do Teste: () Aprovado (x) Reprovado

Justifique:

blue O.S.I. -

Responsável/Carimbo:

Em 201/26





PARECER TECNICO

ITEM 12

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: VR-02.051-00001568/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 90029/2025.

1 - Especificação Padronizada:**CURATIVO SACRAL**

Cobertura composta de camada autoadesivas, perfurada de silicone para um ajuste suave e seguro. Espuma de poliuretano com tecnologia tridimensional, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, sistema tranca-fluído para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida, preenchendo o espaço morto e prevenindo o acúmulo do exsudato que realize a redistribuição vertical do exsudato. Deve conter ação bactericida no mínimo contra Pseudomonas Aeruginosa e Staphylococcus Aureus e assim prevenindo biofilmes e permita redução de odores. Possa ser mantido por até 07 dias. TAMANHO 15 X 19 CM

MARCA: KANGLI SORB**2 – Pontos Positivos:**

Nenhum Obstrudo.

2.1 – Pontos Negativos:

Produzindo apenas as características descritas no solicitado. Não possui sistema tranco fluido, redistribuição vertical do exsudato, nem ação bactericida.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado

Reprovado

Justifique:

Solvi item 2.1 (2.1).

Responsável/Carimbo:

Em 22/12/26

