



|          |
|----------|
| SAH/HSJB |
| PROC. N° |
| FL. N°   |
| RUBRICA  |

Volta Redonda, 21 de Maio de 2025.

### Análise das Propostas – Processo VR-02.051 – 4740/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de leitos de recuperação pós anestésica e maca de transferência de forma a atender ao novo Centro Cirúrgico com do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo VR-02.051 – 4740/2024, pregão N° 90033/2025.

#### Item 01: Leito de recuperação pós anestésica RPA

Após avaliação da proposta da empresa Licitamed Prime Comercial LTDA concluímos que a mesma não atende as especificações técnicas solicitadas no edital para os Leitos de Recuperação Pós Anestésica RPA.

No edital:

Rodízios de no mínimo 4" sendo dois com freios em diagonal.

Na proposta:

| 4. MODELOS E PARTES ACOMPANHANTES |                          |         |         |         |         |         |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modelos                           |                          | LV198ST | LV198SL | LV198LX | LV198PE | LV198PU | LV198LX-<br>INF | LV198PE-<br>INF | LV198PU-<br>INF |
| Leito                             | Chapa de aço pintado     | PA      | PA      | PA      | PA      | PA      | PA              | PA              | PA              |
| Rodízios                          | 5"                       | PA      | PA      | PA      | PA      | PA      | PA              | PA              | PA              |
| Freios                            | Diagonal                 | PA      | PA      | PA      | -       | -       | PA              | PA              | PA              |
|                                   | Sistema de freio central | -       | -       | -       | PA      | PA      | -               | -               | -               |
| Grades                            | De abaixar               | PA      | PA      | PA      | -       | -       | PA              | PA              | PA              |
|                                   | Articulável com pistão   | -       | -       | -       | PA      | PA      | -               | -               | -               |

Conforme visto na imagem acima o modelo possui freio central.

Diante do exposto, o modelo ofertado não atende ao solicitado. Assim, sugerimos dar prosseguimento com a proposta do terceiro colocado.

  
Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica