



SAH/HSJB
PROC. N°
FL. N°
RUBRICA

Volta Redonda, 03 de Junho de 2025.

## Análise das Propostas – Processo VR-02.051 – 4740/2024

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de leitos de recuperação pós anestésica de forma a atender ao novo Centro Cirúrgico do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo VR-02.051 – 4740/2024, pregão N° 90033/2025.

### Item 01: Leito de recuperação pós anestésica RPA

Após avaliação da proposta da empresa Megmed concluímos que apesar da cama elétrica atender as especificações técnicas solicitadas, o colchão ofertado não é compatível com a capacidade de peso da cama.

No edital:

Colchão compatível com a capacidade de peso e tamanho da cama com capa impermeável de fácil higienização.

Na proposta:

COLCHÃO: Espuma com três camadas com densidade D28, capa na cor azul revestido em courvin  
Dimensões: 12cm de espessura e acordo com as dimensões do leito da cama.  
Viscoelástico dupla face perfilado antialérgico, atóxico, revestido em amaterial isento de latex.

Ao questionar o fornecedor com relação a capacidade de peso do colchão:

Renovar Licitação <licitacaorenovar@gmail.com>

Ver mais detalhes

Bom Dia,

O colchão tem capacidade de 100 quilos.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att, Adirca

Diante disso, concluímos que a empresa não atende as especificações técnicas solicitadas. Sugerimos seguir com a próxima colocada.

  
Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica  
Cláudia M. Freitas de Amorim  
Assessora Técnica  
Mat 3998