



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO: 1642/2026

Fornecedor: STERI GRAU

Item: 1/2/3/4/5/6

MANTA SMS 120 X 120 CM- GRAMATURA 50GR/M² - "PESADO"

MANTA SMS 120 X 120 CM- GRAMATURA 60GR/M² - "SUPER PESADO"

MANTA SMS 75 X 75 CM- GRAMATURA 50GR/M² - "PESADO"

MANTA SMS 75 X 75 CM- GRAMATURA 60GR/M² - "SUPER PESADO"

MANTA SMS 90 X 90 CM- GRAMATURA 50GR/M² - "PESADO"

MANTA SMS 90 X 90 CM- GRAMATURA 60GR/M² - "SUPER PESADO"

MARCA: Amcor 50g 120x120 Pesado Amcor Nacional

2 – Pontos Positivos:

Bom qualidade, boa impermeabilidade

2.1 – Pontos Negativos:

nenhum

3 – Resultado do teste: Aprovado () Reprovado

Justifique:

Bom item 2.

Responsável/Carimbo: _____

[Assinatura]
Eni Luciene T. da Silva
Coordenador Clínica Cirúrgica - HSJB
COREN 113404

Em: 15/05/2026



Município de Volta Redonda
Serviço Autônomo Hospitalar

DESPACHO

APROVADOS. Informo que a proposta da empresa **STERI GRAU** Itens 1,2,3,4,5 e 6 estão

01772490

Volta Redonda, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Dhiessica Jennyffer da Silva Siqueira, Almoxarife**, em 15/05/2026, às 14:28, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://voltaeredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **01772493** e o código CRC **FC9E17DA**.

Referência: Processo nº VR-02.051-00001642/2026

SEI nº 01772493

Rua Nossa Senhora das Graças, Nº235, Hospital São João Batista - Bairro São Geraldo, Volta Redonda/RJ,
CEP 27253-610
Telefone: - www.hsjb.org.br