



PARECER TÉCNICO

Solicita-se a emissão de Parecer Técnico referente ao material em avaliação, considerando os requisitos técnicos e funcionais necessários à sua utilização. O julgamento deverá ser fundamentado nos critérios observados durante o teste em uso, subsidiando a decisão para a escolha do produto no Processo de Compra.

Processo: 1416/2026

1. Especificação Padronizada: Cateter Periférico Intravenoso 18G.

Marca: Glomed

Item: Cateter Intravenoso 18G.

2. Pontos Positivos:

Aprovação pela vigilância sanitária

2.1. Pontos Negativos:

Fleco (Cateter) com ligel longo transfixando a veia e dificultando a punção venosa.

3. Resultado do Teste:

() Aprovado (X) Reprovado

Justificativa:

Risco de transfixação da veia do paciente.

Responsável / Carimbo:

Data: 18/08/2026


Enfa Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB
COREN 113404