



PARECER TECNICO

ITEM

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

Especificação Padronizada:

FILTRO DE BARREIRA - VOL. CORRENTE APROX. DE 150ML A 1500 ML
FILTRO DE BARREIRA, ELETROSTÁTICO, COM MEMBRANA DUPLA HIDROSCÓPICA E HIDROFÓBICA, DESCARTÁVEL, QUE ATUE COMO PERMUTADOR DE CALOR E UMIDADE E COMO BARREIRA PARA BACTÉRIA/VÍRUS, ACOMPANHADO DE TRAQUEINHA CORRUGADA, VOLUME CORRENTE APROXIMADO DE 150ML A 1500ML, ESPAÇO MORTO COM VOLUME DE 50 ATÉ 75ML, EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL, COM ENTRADA PARA CAPNOGRAFIA, BB 100 QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME PORTARIA MS-SVS DE 23/01/1996, E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.

MARCA: CGH

2 – Pontos Positivos:

Atende às necessidades assistenciais, e descrição do produto no certame.

2.1 – Pontos Negativos:

Nenhum até o momento. _____

3 – Resultado do Teste: (x) Aprovado () Reprovado

Justifique: Idem item 02, caso venha apresentar alguma inconformidade será reavaliado para descontinuidade do produto.

gub

Documento assinado digitalmente
GLAUCILEIA DE SOUZA ARBACH
Data: 03/07/2026 13:47:43-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

RESPONSÁVEL/CARIMBO: _____

Em 26/06/2026