



PARECER TÉCNICO

Solicita-se a emissão de Parecer Técnico referente ao material em avaliação, considerando os requisitos técnicos e funcionais necessários à sua utilização. O julgamento deverá ser fundamentado nos critérios observados durante o teste em uso, subsidiando a decisão para a escolha do produto no Processo de Compra.

1. Processo: 1416/2026

2. Fornecedor: Avantemedrj

3. Item: Lanceta de Segurança Supreme

Especificação Padronizada: Lanceta p/punção com agulha retrátil 28 G auto lanceta automática, acionamento automático por contato (pressão contra a pele), uso único, esterilizadas por radiação, calibre 28G.

Marca: Medix Brasil

4. Pontos Positivos:

Atende as especificações descritas no certame.

4.1. Pontos Negativos:

Nenhum até o momento.


5. Resultado do Teste:

☒ Aprovado () Reprovado

Justificativa:

Segue item ok. Caso haja algo de duvidoso o produto, sua realização um parecer técnico elucidatório ou melhor.

Responsável / Carimbo:


Carimbo: Comissão de Fiscalização
Data: 25/07/2026 - 14h 55m

Data: 30/07/2026