



PARECER TECNICO

ITEM

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

Especificação Padronizada:

SCALP 19

SCALP-DISPOSITIVO P/ PUNCAO VENOSA PERIFERICA-COMPOSTO C/ CANULA DE ACO INOXIDAVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL TRIANGULADO E TRIFACETADO, C/ PROTETOR DE AGULHA FIRME ASA LISA E FLEXIVEL, TUBO TRANSPARENTE E FLEXIVEL C/CONECTOR LUER-LOCK UNIVERSAL, C/ PROTETOR ENROSCADO. ESTERIL ATOXICO, APIROGENICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLASTICO,C/ABERTURA EM PETALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, TEMPO VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE. CALIBRE 19.

MARCA:TKL

2 – Pontos Positivos:

Atende as especificações descritas no certame.

2.1 – Pontos Negativos:

Nenhum observado no momento.

3 – Resultado do Teste: (x) Aprovado () Reprovado

Justifique:

Foram enviadas 02 unidades para testagem, ambas não apresentaram nenhum item (motivo) para não aprovação, bom corte, aparentemente seguro. Caso haja no decorrer do período vigente, o item será descontinuado após avaliação técnica e notificação de falha.

gwb

Documento assinado digitalmente
GLAUCILEIA DE SOUZA ARBACH
Data: 03.07.2026 13:47:43-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

RESPONSÁVEL/CARIMBO: _____

Em 26/06/2026



PARECER TECNICO

ITEM

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

Especificação Padronizada:

SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/AGULHA, BICO SLIP
CONFECCIONADO EM PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO,APIROGENICO.CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL,COM ANEL DE RETENCAO,FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU COM FILME TERMOPLASTICO,COM ABERTURA EM PETALA,CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,DATA E TIPO DE ESTERILIZACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.APRESENTACAO: 20ML COM BICO SLIP

MARCA: DESCARPACK

2 – Pontos Positivos:

Material atende à descrição do certame.

2.1 – Pontos Negativos:

Nenhum até o momento.

3 – Resultado do Teste: (x) Aprovado () Reprovado

Justifique:

Foram enviadas 02 unidades para testagem, ambas não apresentaram nenhum item (motivo) para não aprovação, aparentemente seguro. Caso haja no decorrer do período vigente, o item será descontinuado após avaliação técnica e notificação de falha.

g.vb

Documento assinado digitalmente
GLAUCILEIA DE SOUZA ARBACH
Data: 03/07/2026 13:47:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL/CARIMBO: _____


Em 26/06/2026



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portaivr.com/hsjb



PARECER TECNICO

ITEM

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

Especificação Padronizada:

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - PARA VERIFICACAO DE TEMPERATURA AXILAR, COM GRADUACAO DE 35 GRAUS A 42 GRAUS C, COM COLUNA DE DILATACAO DE MERCURIO UNIFORME, DE FACIL LEITURA E FACIL RETORNO AO PONTO INICIAL EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE.

MARCA: WINNER.MED

2 – Pontos Positivos:

Atende às necessidades e descrição técnica apresentada pelo certame.

2.1 – Pontos Negativos:

Nenhum observado até o momento.

3 – Resultado do Teste: (x) Aprovado () Reprovado

Justifique:

Foi enviado 01 unidades para testagem, foi encaminhado para utilização na clínica e não apresentou nenhum motivo para não aprovação, boa altura de alarme, boa visibilidade no display, aparentemente seguro. Caso haja alguma inconformidade no decorrer do período vigente, o item será descontinuado após avaliação técnica e notificação de falha.



Documento assinado digitalmente
GLAUCILEIA DE SOUZA ARBACH
Data: 03/07/2026 13:47:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL/CARIMBO: _____

Em 26/06/2026