



**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ

CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300

e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



Prezado Sr. Licitante,

Em resposta ao seu questionamento referente ao Pregão nº 90058/2026, informamos que a especificação correta para o item 08 é a constante abaixo:

**Cateter Eletrodo Temporário para Marca-Passo Cardíaco – 5 Fr (Kit)**

- Cateter eletrodo bipolar temporário para marca-passo cardíaco;
- Comprimento: 125 cm;
- Espaçamento entre eletrodos: 15 mm;
- Acompanha introdutor e fio-guia;
- Embalagem individual;
- Esterilizado por óxido de etileno;
- Com dados de identificação, instruções de uso e registro no Ministério da Saúde;
- Produto de uso único;
- Tamanho: 5 Fr.

Portanto, para fins de apresentação da proposta, deverá ser considerada a especificação acima, correspondente ao Cateter Eletrodo Temporário para Marca-Passo Cardíaco 5 Fr (Kit).

Atenciosamente,

Pregoeira

SAH/HASB