



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 – **Item:** FIO STEINMAN DIAMETRO 3,5 X 300 MM LISO

Especificação Padronizada: FABRICADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA

MARCA: ORTOBIO

2 – **Pontos Positivos:**

Boa qualidade, em inox

2.1 – **Pontos Negativos:**

nenhum

3 – **Resultado do teste:** ☒ Aprovado () Reprovado

Justifique:

vide 2

Responsável/Carimbo:

Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB
COREN 113404

Em: 08/07/2026



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 – **Item:** FIO DE KIRSCHNER DIÂMETRO 2.0 X 300 MM

Especificação Padronizada: FABRICADO EM AÇO INOX. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, NÃO ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA

MARCA: ORTOBIO

2 – **Pontos Positivos:**

Boa qualidade, em ind.

2.1 – **Pontos Negativos:**

nenhum

3 – **Resultado do teste:** ☒ Aprovado () Reprovado

Justifique:

Bide 2

Responsável/Carimbo:


Enfª Lúcia Helena T. da Silva
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB
COREN 113404

Em: 08/07/2026