



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1-- Item: KIT DE CATETERIZAÇÃO ARTERIAL 20 G X 8 CM RADIAL

Especificação Padronizada: CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, ISENTO DE PVC E DEHP, MEDINDO 8 CM X 20 G, GRAMPO DESLIZANTE PARA CONTENÇÃO DO SANGUE SEM EFEITO MEMÓRIA, ALETA DE FIXAÇÃO COM PERFIL BAIXO COM TUBO DE EXTENSÃO, ACOMPANHADO DE REFORÇO NA JUNÇÃO DO CATETER PARA EVITAR DOBRAS, AGULHA INTRODUTORA 20 GA X 4 CM E FIO GUIA FLEXÍVEL DEMARCADO COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS RETAS, MEDINDO 35 CM DE COMPRIMENTO. INDICADO PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, POR PUNÇÃO FEMORAL INFANTIL. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. RÓTULOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.

MARCA: AMECATH

2 – Pontos Positivos:

Atende as especificações descritas no edital.

2.1 – Pontos Negativos:

Nenhum até o momento.

3 – Resultado do teste: ☒ Aprovado () Reprovado

Justifique:

Item 2.1, caso seja necessário a descontinuidade será analisado por meio negativo.

Responsável/Carimbo:

[Assinatura]
[Carimbo]

Em: 07/07/2026



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1- Item: KIT DE CATETERIZAÇÃO ARTERIAL 18 G X 12 CM FEMORAL

Especificação Padronizada: CATETER CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, ISENTO DE PVC E DEHP, MEDINDO 12 CM X 18G, GRAMPO DESLIZANTE PARA CONTENÇÃO DO SANGUE SEM EFEITO MEMÓRIA, ALETA DE FIXAÇÃO COM PERFIL BAIXO COM TUBO DE EXTENSÃO, ACOMPANHADO DE REFORÇO NA JUNCTÃO DO CATETER PARA EVITAR DOBRAS, AGULHA INTRODUTORA 18 GA X 5 CM E FIO GUIA FLEXÍVEL DEMARCADO COMPOSTO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTAS RETAS, MEDINDO 35 CM DE COMPRIMENTO. INDICADO PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA, POR PUNÇÃO FEMORAL. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. RÓTULOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE.

MARCA: AMECATH

2 - Pontos Positivos:

Atende as especificações descritas no certame.

2.1 - Pontos Negativos:

Nenhum até o momento.

3 - Resultado do teste: ☒ Aprovado () Reprovado

Justifique:

Segue item 2.1. Caso aconteça de ser necessário a descontinuação do produto, realizado parecer para o mesmo.

Responsável/Carimbo:

[Assinatura]

Em: 07/07/2026