



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024	891	CPL

À ASSESSORIA TÉCNICA/SAH.

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações das **PROPOSTAS** constante nas fls. 872 à 890.

Item 03 - 7º colocado

Item 09 - 5º colocado

Item 11 - 4º colocado

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Obs.: Itens fracassados: 4, 8 e 12

Itens que serão orçados novamente devido a mudanças nos descritivos: 10 e 14

Em, 29 de Novembro de 2024


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA/SAH



SAH/HSJB
PROC. N° 107/24
FL. N° 892
RUBRICA af

Volta Redonda, 03 de dezembro de 2024.

Análise das Propostas e Especificações Técnicas

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação

Assunto: Avaliação das propostas e especificações técnicas para compra de Equipamentos Hospitalares destinados a suprir a demanda da nova Unidade de Tratamento Intensivo e o novo Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0107/2024.

Item 03 :Monitor Multiparâmetros com Central de monitorização:

O edital **solicita** : [Para as 49 unidades de monitores multiparâmetros deverão estar inclusas 04 (quatro) centrais de monitorização. Cada central deverá receber informação de pelo menos, 10 (dez) leitos e também dos ventiladores pulmonares. As Centrais devem ser compostas de software + tela de pelo menos 21" e todos os cabos e acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento e comunicação com os monitores multiparâmetros e Ventiladores Pulmonares.]

Após a avaliação da proposta enviada pela empresa **Drager do Brasil LTDA** verificamos que a central de monitoramento apresentada apenas se comunica com ventiladores pulmonares da marca Drager os quais não foram ofertados no presente pregão, portanto **não** atende ao requisitado no Termo de Referência.

Item 09-Ventilador Pulmonar

A empresa **Shell Life** ofertou o ventilador pulmonar marca Mindray modelo SV 300 e **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.



SAH/HSJB	
PROC. Nº	107/24
FL. Nº	893
RUBRICA	

Item 11-Aparelho de Anestesia

A empresa Suplex Comércio e Serviços LTDA ofertou o aparelho de anestesia marca Comem modelo AX 500.

O edital exige ferramentas para proteção pulmonar, tais como acompanhamento da complacência do paciente.

Avaliando o Manual do AX 500, é possível notar que o aparelho monitoriza apenas a complacência do circuito a fim de compensar vazamentos. O equipamento **não** monitora a complacência do paciente como exigido no edital.

Realizamos cirurgia torácica e somos um hospital de porta aberta para traumas, tendo em vista a qualidade da assistência e segurança do paciente, solicitamos a **desclassificação** do equipamento.

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica