



| FOLHA DE INFORMAÇÃO | PROCESSO | ANO  | FOLHA | RUBRICA |
|---------------------|----------|------|-------|---------|
|                     | 107      | 2024 | 843   | CPL     |

**ASSESSORIA TÉCNICA/SAH.**

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações das **PROPOSTAS** constante nas fls. 741 à 770.

- Item 03 - 5º colocado
- Item 05 - 3º colocado
- Item 06 - 2º colocado
- Item 07 - 2º colocado
- Item 09 - 3º colocado
- Item 11 - 2º colocado
- Item 13 - 3º colocado

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Obs.: Itens fracassados: 4, 8 e 12

Em, 31 de Outubro de 2024

  
**SANDRA PINTO BARRA**  
**PREGOEIRA/SAH**



|                 |
|-----------------|
| SAH/HSJB        |
| PROC. N° 107/24 |
| FL. N° 844      |
| RUBRICA         |

Volta Redonda, 22 de novembro de 2024.

## Análise das Propostas e Especificações Técnicas

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Licitação

Assunto: Avaliação das propostas e especificações técnicas para compra de Equipamentos Hospitalares destinados a suprir a demanda da nova Unidade de Tratamento Intensivo e o novo Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0107/2024.

### Item 03 :Monitor Multiparâmetros com Central de monitorização:

A empresa Lifemed ofertou a Central de Monitorização Lifeview que é compatível com os monitores Lifetouch M15, porém a Central LifeMed Conforme manual do fabricante na pág 77 diz :[ a central só é capaz de visualizar equipamentos homologados], não conseguimos identificar no manual a compatibilidade e a relação destes equipamentos com os ofertados, sendo assim , não há referências de conexão com os ventiladores do edital . Solicitamos a **desclassificação** da empresa.

### Item 05 :Bisturi Elétrico 400W

A empresa Deltronix equipamentos LTDA ofertou o bisturi eletrônico marca Deltronix modelo Precision TC 04 e **atende** ao solicitado no Termo Referência .

### Item 06: Bisturi Elétrico 200W

A empresa Medical Cirúrgica LTDA ofertou o Bisturi Elétrico marca Medcir de 200W modelo Smartcut.

O bisturi ofertado **atende** ao solicitado no Termo de referência.

### Item 07: Aparelho de eletrocardiógrafo portátil

A empresa Dix Medical ofertou o eletrocardiógrafo portátil marca Lepu modelo T180 Foi solicitado amostra e o corpo clínico **não** aprovou o lay-out de impressão e da tela que apresenta



|                 |
|-----------------|
| SAH/HSJB        |
| PROC. Nº 107/24 |
| FL. Nº 845      |
| RUBRICA         |

as doze derivações, mesmo tendo variando as configurações. Algumas patologias cardíacas como sobrecarga de ventrículo ou pacientes com baixo peso corporal tendem a elevar a amplitude e a sobrepor as ondas registradas e ao se ajustar a sensibilidade acaba-se perdendo a qualidade do exame em virtude das ondas menores quase desaparecerem do exame. Portanto solicitamos a **desclassificação da empresa**.

### Item 09-Ventilador Pulmonar

A empresa Território HV ofertou o ventilador pulmonar marca Magnamed modelo Oxymag e **não** atende na íntegra ao TR(Termo de referência), conforme os seguintes pontos:

- 1- O equipamento ofertado é um ventilador de transporte e difere do solicitado , TR solicita [para cuidados intensivos].
- 2- TR solicita:[“ Sua tela deve possuir no mínimo 12” (touchscreen)], conforme manual do usuário do equipamento ofertado na pág 101, [DISPLAY de cristal líquido LCD colorido de 320 a 240 pontos gráfico com tela sensível ao toque de 5,7”], **não** atendendo ao Termo de Referência.

### Item 11- Aparelho de anestesia

A empresa Prolife ofertou o aparelho de anestesia marca Prolife modelo AS-320 . Ao consultar o manual de instruções do referido equipamento na página 03 consta [EM CASO DE PNEUMOTORAX OU INSUFICIÊNCIA PULMONAR GRAVE CABE AO MÉDICO AVALIAR A PERTINÊNCIA DO USO DESSE EQUIPAMENTO].

O Serviço Autônomo Hospitalar tem o perfil de receber de porta aberta pacientes de emergência com politraumas(baleados, esfaqueados e acidentados) que potencialmente podem dar entrada com insuficiência pulmonar grave.

Somos referência em cirurgia torácica e muitos pacientes que atendemos tem apresentam insuficiência pulmonar.

Por conta de garantir a segurança dos pacientes, solicitamos a **desclassificação** do mesmo.

### Item 13- Cama UTI

A empresa RTS RIO S/A ofertou cama hospitalar marca PARAMOUNT modelo A5 e **atende** ao solicitado no Termo de referência.

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica