



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024	908	CPL

À ASSESSORIA TÉCNICA/SAH,

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações da **PROPOSTA** constante nas fls. 906 e 907
Item 11 - 7º colocado

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Obs.: Itens fracassados: 4, 8 e 12

Itens que serão orçados novamente devido a mudanças nos descritivos: 10 e 14

Em, 09 de Dezembro de 2024


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA/SAH



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 107/24
FL. N°
RUBRICA

Volta Redonda, 10 de dezembro de 2024.

Análise das Propostas e Especificações Técnicas

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação

Assunto: Avaliação das propostas e especificações técnicas para compra de Equipamentos Hospitalares destinados a suprir a demanda da nova Unidade de Tratamento Intensivo e o novo Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0107/2024.

Item 11-Aparelho de Anestesia

A empresa **Medical Health** ofertou o aparelho de anestesia marca Comen modelo AX 700 .

Após avaliarmos o Manual do Sistema de Anestesia AX 700 da Comen, notamos que o aparelho monitoriza apenas a complacência do circuito a fim de compensar vazamentos. O equipamento **não** monitora a complacência do paciente como exigido no edital.

Além de sermos um hospital de porta aberta para traumas, realizamos cirurgia torácica de rotina em pacientes graves. Tendo como objetivo preservar a qualidade da assistência e segurança do paciente, solicito a **desclassificação** do equipamento.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
Assessora Técnica