



Pesquisar e-mail



Re: ENC: Esclarecimento do PE 90063/2025

Caixa de entrada x

**Lucia Teixeira HSJB**

para Almojarifado, mim

Atendendo ao questionamento da empresa, informo as respostas dos questionamentos:

Resposta Lote 2 - Hemostático absorvível utilizado em neurocirurgia - Pó de colágeno com seringa tamanho 5cm3.

Resposta Lote 3 - Substituto de duramater suturável medindo 7,5 x 7,5 x 0,03 cm.

Atenciosamente

Lúcia Helena Teixeira da Silva

Coordenadora do Centro Cirúrgico e CME

Hospital São João Batista

On Fri, Jul 4, 2025 at 9:07 AM Almojarifado HSJB <almojarifado.hsjb@gmail.com> wrote:

Bom dia!

Solicito responder ao questionamento do fornecedor conforme abaixo. Informo que a licitação será na segunda dia 07/06.

Atenciosamente,

Adriano

----- Forwarded message -----

De: <licitacao@hsjb.org.br>

Date: sex., 4 de jul. de 2025 às 08:09

Subject: Fwd: ENC: Esclarecimento do PE 90063/2025

To: Almojarifado Hsjb <almojarifado.hsjb@gmail.com>

----- Mensagem original -----

Assunto: ENC: Esclarecimento do PE 90063/2025

Data: 2025-07-03 09:21

De: "Rodolfo" <rodolfo.festuccia@neomdc.com.br>

①