



SAH/HSJB
PROC. N° 126/24
FL. N° 492
RUBRICA

Volta Redonda, 11 de dezembro de 2024.

Análise das Propostas e Especificações Técnicas

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação

Assunto: Aquisição de equipamentos de apoio de forma a atender as novas demandas advindas da ampliação e modernização do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista Processo 0120/2024.

ITEM 1: Balança Antropométrica Digital Obeso.

A empresa **B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** ofertou a balança marca Líder modelo P300C e atende ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 2: Balança de Precisão;

A empresa **PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA** ofertou a balança marca Balmak modelo ELP-25BB

Após verificação do manual do equipamento ofertado, identificamos que não está descrito que o equipamento possui display de 8 dígitos, e também não tem precisão 0,01 grama, necessários para a demanda solicitada, portanto **NÃO** atende ao descrito no Edital o Termo de Referência, contido no processo.

ITEM 5: Compressor Vascular;

ITEM 6: CPAP

ITEM 17: PowerBreathe 10 à 120 cm H²O;

ITEM 18: PowerBreathe 10 à 90 cm H²O;

ITEM 20: Bipap.

Após a avaliação das propostas recebidas, identificamos que a empresa **PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES. LTDA**, atende ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo, para todos os itens acima citados:

ITEM 4: Bomba de Infusão Alvo Controlada

A empresa Festmed comércio e importação LTDA ofertou a bomba de infusão marca CMOS DRAKE modelo Yonah

Após verificação do manual do equipamento, identificamos que não está descrito que o equipamento possui função TCI(alvo controlada), necessários para a demanda solicitada, portanto **NÃO** atende ao descrito no Termo de Referência, contido no referido processo



ITEM 7: Cufômetro.

Identificamos que a empresa **Medical Cirurgica Ltda.** ao ofertar o cufômetro marca ERKA , **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 8: Fotóforo.

ITEM 11: Oftalmoscópio.

Identificamos que a empresa **Equimed** equipamentos médicos hospitalares LTDA, ao ofertar os equipamentos fotóforo marca Mikatos modelo 080LED e o oftalmoscópio marca Doctor devices modelo BR-400-103 **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 9: Lanterna Clínica;

ITEM 16: Mini Bicicleta Cicloergômetro.

Identificamos que a empresa **VITALLI Comercio e importação ltda**, ao ofertar a lanterna clínica marca Bioland modelo LT 200 e o cicloergômetro marca Vollo modelo VMB002 **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 10: Laringoscópio.

Identificamos que a empresa **EQUIPSUL comercio e assistência técnica de equipamentos a. saúde** , ao ofertar o laringoscópio marca MD LCC **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 12: OTOSCÓPIO;

ITEM 15: VIDEOLARINGOSCÓPIO.

Identificamos que a empresa **LONDRIMED** representacao de produtos hospitalares LTDA,ao ofertar o otoscópio marca Mikatus e o videolaringoscópio marca Hugmed, **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 13: Sistema de torniquete automático.

Identificamos que a empresa **ITS-MC** material cirurgico LTDA, ao ofertar o torniquete marca ITS-MC modelo ATS 2022 **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 14: Conjunto tricotomia.

Identificamos que a empresa **VISAMED** comercio de material hospitalar LTDA , ao ofertar o tricotomizador marca medpex modelo SC001 **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

ITEM 19: MESAS DE POSTURA ELÉTRICA

A empresa **FISIOMEDICA** produtos e equipamentos LTDA, ao ofertar a mesa de postura elétrica(ortostática) **não** atende ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo por ofertar equipamento sem registro na ANVISA.



SAH/HSJB
PROC. Nº 120/24
FL. Nº 494
RUBRICA

Quais equipamentos possuem certificação compulsória pela Inmetro?

O que são equipamentos médicos sob regime de vigilância sanitária? De acordo com a definição de Equipamentos Médicos disponível na página "<http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos/classificacaodeequipamentos>", temos: "Os equipamentos médicos sob regime de Vigilância Sanitária compreendem todos os equipamentos de uso em saúde com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou **fisioterápica**, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia, reabilitação ou monitorização de seres humanos e, ainda, os com finalidade de embelezamento e estética."

Neste âmbito, MESAS DE POSTURA ELÉTRICA são equipamentos eletromédicos utilizados no auxílio de tratamentos terapêuticos, fisioterápicos e/ou de reabilitação. "<http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/produtos-para-a-saude/produtos/equipamentos/certificacao-de-conformidadecompulsoria>" da Anvisa.


Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	120	2024	491	CPL

À ASSESSORIA TÉCNICA/SAH,

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações das **PROPOSTAS** constante nas fls. 457 a 490 dos licitantes classificados provisoriamente em **primeiro lugar**, conforme procedimento licitatório realizado neste processo.

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Em, 19 de Novembro de 2024


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA/SAH