



PARECER TÉCNICO

Solicita-se a emissão de Parecer Técnico referente ao material em avaliação, considerando os requisitos técnicos e funcionais necessários à sua utilização. O julgamento deverá ser fundamentado nos critérios observados durante o teste em uso, subsidiando a decisão para a escolha do produto no Processo de Compra.

Processo: 5321/2026

1. Especificação Padronizada: FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO (FITA DE DUPLA CAMADA), BASE SUPERIOR COM ESPUMA ADESIVA DE POLIETILENO, ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, E ATOXICO, FIXAÇÃO EM VELCRO. CONSIDERANDO QUE FAVOREÇA O AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE, E O REPOSICIONAMENTO, SE NECESSÁRIO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO ANVISA: 81045420019 PROCEDENCIA: IMPORTADO MARCA: HAIBREATH FABRICANTE: SHAOXING HAITECH MEDICAL PRODUCTS MODELO/VERSÃO: FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO

Item: FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO

2. Pontos Positivos:

Nenhum

2.1. Pontos Negativos:

Não corresponde à descrição do autorrel.

3. Resultado do Teste:

() Aprovado ☒ Reprovado

Justificativa:

Item 2.1.

Responsável / Carimbo:

Glauciléia Arbach
Gerente de Enfermagem
COREN-RJ 235870 - Mat. 3999

Data: *03/09/2026*

03/09/26