



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. N° 264/24
FLS N° 296
RUBRICA FUNC. <i>[assinatura]</i>

PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de compra**.

1 – Especificação Padronizada:

MARCA: Technofio

2- Pontos Positivos:

nenhum

2.1 – Pontos Negativos:

Desafio durante a sutura, apresenta com facilidade, colocando em risco a segurança do paciente.

() Aprovado

3 – Resultados do Teste:

(X) Reprovado

Justifique:

Chefe da Cirurgia geral se recusa em usar o Poliproleno com justificativa da má qualidade, colocando em risco a segurança do paciente.

Responsável: *[assinatura]*

Em: 28/09/2021

Dr. Biazzi Ricieri
Cirurgia Oncológica
CRM: 52.86946-5

Enf. Lúcia L. da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico
COREN-PI 113404/HSP

PARECER TÉCNICO

SAH/HSJB
PROC. N° 264/29
FLS N° 297
RUBRICA FUNC. 

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de compra**.

1 – Especificação Padronizada:MARCA: Shalon**2- Pontos Positivos:**nenhum**2.1 – Pontos Negativos:**apresenta com facilidade, solta da agulha causando desconforto de sutura. Interferindo na qualidade da assistência prestada, realização do procedimento e segurança do paciente.

() Aprovado

3 – Resultados do Teste:☒ Reprovado**Justifique:**justificado na linha 2-1Responsável: lataEm: 12/01/2020Enfa. Lúcia Texeira da Silva
Coord. do Centro Cirúrgico - HSJB
COREN - RJ 113404



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	264	2024	298	ALMOXARIFADO

Volta Redonda, 29 de novembro de 2024

De: Almojarifado

Para: CPL

Assunto: Parecer

Informo que para os itens cujo as marcas ofertadas são **TECHNOFIO** e **SHALON (SHA)**, são **REPROVADAS** na unidade conforme parecer técnico anexo.

Demais marcas ofertadas estão aprovadas.

Adriano de Sá Baía
Coordenador de Almojarifado
Matr. 23.242 - SAH/HSJB

Adriano de Sá Baía
Coordenador de Almojarifado
Hospital São João Batista/SAH