



Leila

## PARECER TECNICO

Item 13

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO:VR-02.051-00008597/2025

DISPESA DE LICITAÇÃO: 90102/2025

1 - Especificação Padronizada: Equipos para transfusão de sangue e hemocomponentes.

MARCA: MEDIX

2 – Pontos Positivos:

Não Apresentou

2.1 – Pontos Negativos:

Apenas o balse do teste

3 – Resultado do Teste: ☒ Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

Equipos demora a filtrar e passar o sangue.

Responsável/Carimbo: \_\_\_\_\_

Danielle Tojado Mello  
Enfermeira  
CONV. 100120

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_