



Município de Volta Redonda  
Serviço Autônomo Hospitalar

## DESPACHO

Informo que o Parecer técnico está APROVADO 01621508

Volta Redonda, na data da assinatura



Documento assinado eletronicamente por **Dhiessica Jennyffer da Silva Siqueira, Almojarife**, em 02/04/2026, às 15:55, conforme Art. 14, do Decreto Municipal 18.101/2023.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://voltaredonda.sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **01621511** e o código CRC **A702535B**.

Referência: Processo nº VR-02.051-00008597/2025

SEI nº 01621511

Rua Nossa Senhora das Graças, N°235, Hospital São João Batista - Bairro São Geraldo, Volta Redonda/RJ,  
CEP 27253-610  
Telefone: - [www.hsjb.org.br](http://www.hsjb.org.br)



## PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de compra**.

**PROCESSO: 8597/2025**

**PREGÃO: 90102/2025**

**Fornecedor: ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

**Item: 07**

### 1 – Especificação Padronizada:

Ponteira Plástica universal de 200-1000 $\mu$ L, Pacote contendo 1000 unidades.

**MARCA: CRALPLAST**

### 2- Pontos Positivos:

- Boa qualidade do material, apresentando resistência adequada durante o uso, sem deformação;
- Encaixe eficiente nas pipetas, garantindo vedação adequada e evitando vazamentos.
- Transparência adequada, facilitando a visualização do volume aspirado.

### 2.1 – Pontos Negativos:

---

---

---

**3 – Resultados do Teste:**       **Aprovado**                       **Reprovado**

**Justifique:** Conclui-se que as ponteiros avaliadas atendem às necessidades do serviço.

Marcelle Cristina F. Alves  
Coordenadora Núcleo Hemoterapia  
COREN-RJ 265.228

Responsável/Carimbo \_\_\_\_\_

Em: 02/04/2026