



**PARECER TECNICO**

Item 21

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**PROCESSO: VR-02.051-00009090/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO: 90107/2025**

**1 - Especificação Padronizada:** FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO (FITA DE DUPLA CAMADA), BASE SUPERIOR COM ESPUMA ADESIVA DE POLIETILENO, ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, E ATOXICO, FIXAÇÃO EM VELCRO. CONSIDERANDO QUE FAVOREÇA O AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE, E O REPOSICIONAMENTO, SE NECESSÁRIO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL. **TIPO SIMILAR MARCA MEDFIX**

**MARCA: Magna/ - Orolock**

**2 – Pontos Positivos:**

*Nenhum até o momento.*

**2.1 – Pontos Negativos:**

*Não atende as descrições, não é impermeável.*

**3 – Resultado do Teste: ( ) Aprovado (X) Reprovado**

**Justifique:**

*Solem L.L.*

**Responsável/Carimbo:**

*[Handwritten signature]*  
**Coordenadora de Enfermagem**  
**Coordenadora de Enfermagem**

**Em** *09/10/25*