



PARECER TÉCNICO

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

1 - Especificação Padronizada: FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO, FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO (FITA DE DUPLA CAMADA), BASE SUPERIOR COM ESPUMA ADESIVA DE POLIETILENO, ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, E ATOXICO, FIXAÇÃO EM VELCRO. CONSIDERANDO QUE FAVOREÇA O AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO PACIENTE, E O REPOSICIONAMENTO, SE NECESSÁRIO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

MARCA: FRADEL-MED

2 – Pontos Positivos:

Não possui.

2.1 – Pontos Negativos:

material não de polipropileno nem poliuretano, não facilita higienizar sendo necessário material de espuma e a fita adesiva não é própria.

3 – Resultado do Teste: () Aprovado ☒ Reprovado

Justifique:

*Não atende às direções da especificação.
Solicito outro material*

Responsável/Carimbo:

Em 02/09/24