



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



PARECER TECNICO

Item 21

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

PROCESSO:VR-02.051-00009090/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: 90107/2025

1 - Especificação Padronizada: FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO
FITA DUPLA DE POLIPROPILENO E/OU POLIETILENO (FITA DE DUPLA CAMADA), BASE SUPERIOR
COM ESPUMA ADESIVA DE POLIETILENO, ANTIALERGICO, IMPERMEÁVEL, E ATOXICO, FIXAÇÃO
EM VELCRO. CONSIDERANDO QUE FAVOREÇA O AJUSTE DE ACORDO COM A ANATOMIA DO
PACIENTE, E O REPOSICIONAMENTO, SE NECESSÁRIO, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON,
EMBALAGEM INDIVIDUAL.
TIPO SIMILAR MARCA MEDFIX

MARCA: HAIBREATH

2 – Pontos Positivos:

Nenhum até o momento.

2.1 – Pontos Negativos:

Não corresponde ao descritivo, não é impermeável.

3 – Resultado do Teste: ☒ *Exatidão* Aprovado

☒ Reprovado

Justifique:

Reprovado, idem item 02.

Responsável/Carimbo:

Em 17/10/25
(17/10/25)