



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR  
Hospital São João Batista  
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ  
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300  
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Volta Redonda, 29 de Outubro de 2025.

### **Análise das Propostas e Especificações Técnicas**

De: Assessoria Técnica

Para: Setor de Licitação/HSJB

Assunto: Avaliação das propostas com as especificações técnicas para aquisição de Equipamentos de Apoio Hospitalar para atender a nova Unidade de Tratamento Intensivo e ao Centro Cirúrgico do Serviço Autônomo Hospitalar/Hospital São João Batista. Processo 02.051-00008775 / 2025.

#### **ITEM 1 - Marca-passo cardíaco Externo**

Após a avaliação da proposta comercial/técnica e manual técnico do Marcapasso da marca Biosensor modelo MP 20 B, fornecido pela empresa Lifetec Comércio, Manutenção e Locação de Material Médico LTDA. Foi verificado que o modelo atende as especificações técnicas solicitadas.

Diante disso, o equipamento foi classificado como vencedor do certame.

#### **ITEM 2 - Bomba de Infusão Alvo Controlada de Anestésico TCI**

O modelo de Bomba de Infusão Alvo Controlada de Anestésico TCI marca SINO MDT, modelo SN A2T, ofertado pela empresa Lifetec Comércio, Manutenção e Locação de Material Médico LTDA não atende as especificações técnicas solicitadas.

No manual informa que o equipamento faz bolus apenas manual e automático, não tendo a opção de semi-automático. Além disso, não foram encontradas no manual técnico retirado da Anvisa nem na proposta comercial informações como peso, tamanho do display, modo trapezoidal, proteção de desfibrilação e se o opcional de bateria com capacidade de tempo superior estava incluso na proposta. Diante disso, sugerimos seguir com o segundo colocado para o item.

Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica

Cláudia Maria Freitas de Amorim  
Assessora Técnica  
Mat 3998