

## PARECER TECNICO

Item 01 Lote 07

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo** de **Compra**.

**PROCESSO:VR-02.051-00010526/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO:90114/2025**

**1 - Especificação Padronizada:** DRENO DE PIGTAIL 14 Fr - DISPOSITIVO UTILIZADO PARA DRENAGEM DE FLUIDOS EM CAVIDADES CORPORAIS, COMO O TÓRAX, ABDÔMEN COM COLETOR DE 600ML.

**MARCA: ARGON**

**2 – Pontos Positivos:**

*Bom qualidade, fácil manuseio.*  
*Registro na Anvisa.*

**2.1 – Pontos Negativos:**

*Coletor sem válvula.*

**3 – Resultado do Teste:** ( ) Aprovado (X) Reprovado

**Justifique:**

*Será aceito somente coletor com válvula para uso do equipamento teórico.*

**Responsável/Carimbo:**

*[Assinatura]*

Em 06/10/25


Enfª Lúcia Helena T. da Silva  
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB  
COREN 113404



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

Hospital São João Batista

Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ  
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300  
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



## PARECER TECNICO

ITEM 01 LOTE 05

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**1 - Especificação Padronizada:** TELA POLIPROPILENO 15X15 COM GRAMATURA MÉDIA E POROS INTERMEDIÁRIOS (Poros entre 50 e 70 e gramatura 0,8 e 1,0) PARA TRATAMENTO DE HÉNIA VENTRAL, INCISIONAL, PARAESTOMAL E UMBILICAL.

**MARCA: SHALON**

**2 – Pontos Positivos:**

NENHUM

**2.1 – Pontos Negativos:**

Malha micro porosa, não atendendo as necessidades do serviço de Cirurgia Geral.

**3 – Resultado do Teste:** ( ) Aprovado ( X ) Reprovado

**Justifique:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável/Carimbo: \_\_\_\_\_

Enfa Lúcia Helena T. da Silva  
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB  
COREN 113404

Em 18/11/2025



## PARECER TECNICO

ITEM 01 LOTE 06

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**1 - Especificação Padronizada:** TELA POLIPROPILENO 30X30 COM GRAMATURA MÉDIA E POROS INTERMEDIÁRIOS (Poros entre 50 e 70 e gramatura 0,8 e 1,0) PARA TRATAMENTO DE HÉNIA VENTRAL, INCISIONAL, PARAESTOMAL E UMBILICAL.

**MARCA: SHALON**

**2 – Pontos Positivos:**

NENHUM

**2.1 – Pontos Negativos:**

Malha micro porosa, não atendendo as necessidades do serviço de Cirurgia Geral.

**3 – Resultado do Teste:** ( ) Aprovado ( X ) Reprovado

**Justifique:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsável/Carimbo: \_\_\_\_\_

Em 18/11/2025

Enfª Lúcia Helena T. da Silva  
Coordenador Centro Cirúrgico - HSJB  
COREN 113404