



**SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR**  
Hospital São João Batista  
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ  
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300  
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Volta Redonda, 14 de Janeiro de 2025

**Esclarecimento PE Nº 90117/2024 Processo VR-02.051-00003579/2024**

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Dpto de Licitação

**Assunto:** Esclarecimento solicitado pela empresa Confiance Medical com relação às especificações técnicas para a compra de equipamento hospitalar - vídeo endoscopia rígida .

**Questionamento:** No anexo I – Termo de Referência – Item 01 – Vídeo Endoscopia Rígida, encontra-se a seguinte exigência:

“01 gravador de Grau Médico, com capacidade de gravação de imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com entradas e saídas compatíveis com FULLHD. Alimentação elétrica 127/220 Volts, 60 Hz.”

**Dúvida:** com o objetivo de apresentar uma proposta alinhada às especificações técnicas, solicitamos a gentileza de esclarecer se a alternativa abaixo atende integralmente a solicitação acima.

“Com porta USB integrada ao painel frontal da processadora de imagens, que permite a captura de imagens e gravação de vídeos com resolução FULLHD, 1920x1080, em dispositivo externo de armazenamento (pen drive ou HD externo).”

**Resposta:** O gravador de grau médico precisa ser um recurso a parte, podendo ser utilizado em outros equipamentos . Se estiver integrado a processadora e ela vier a dar problema e precisar ser substituída, a gravação será interrompida e como consta no edital ,sendo um equipamento a parte não perderemos a gravação, portanto manteremos a especificação.

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica